

# 实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱

产品名称	实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	63186.00/台
规格参数	介绍:实验室控温冰箱 容积:50升-1028升 产品特征:带锁
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

北京福意电器有限公司是一家业的实验室产品供应商，多年特殊温度保存设备的开发、研制、经营和销售。公司自创业初始，就以科技保证质量，售后完善产品为，为广大医疗、科研实验室的用户提供优良的设备和优良的售后。公司拥有经验丰富的经营人员，强劲的研究开发队伍，严格的质量管理和的顾客售后体系。十多年来不断受到认可。

实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、医院、药房、、实验室、科研院校、监测等部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱参数：

实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱用途：标准品、对照品、标准溶液管理制度 1．目的 建立其配制储存与使用管理制度，确保检测数据准确。 2．适用范围 适用于检验室的规范管理。 3．职责 标准品、对照品的采购、贮存、配制、保管及使用者负责，QC负责人负总责。 4．内容 4.1

对照品 系指用于鉴别、检查、含量测定或校正，检定仪器性能的标准物质。标准品：系指用于中药材、中药饮片的含量测定的标准物质，检定菌由质保部人向生物检定所统一购买，人统一管理。每次用要登记，写清其品名、数量、用途、时间等。 4.2

标准品、对照品应密封存放在霜冰箱内，检定菌应存放在冰箱3~5 之间。 4.3 标准滴定液，应由QC主管负责人配制、标定，定期3个月后复标，并作好其配制，标定和复标的完整原始记录。若贮存期发现混浊、沉淀、变色等异常情况，应及时处理。 4.4 配制质量要求 4.4.1

配制不需标定的标准液可采用分析纯物质进行配制。其配制用水应为符合药典要求的纯化水。

4.4.2 标定标准滴定液必须使用基准物质。为防其存放后可能吸潮，标定前应干燥至恒重。 4.4.3 根据药典规定：配制高酸滴定液时应在常温下进行，使用时温度与标定温差过大（不过4 或过10 以上）

，应折算或重新标定。 5. 滴定液的标定和复标 5.1 滴定液配制摇匀须放置三天后再标定，标定方法按药典执行。一般由一人标定，第二人复标，标定须作平行标定，并不得少于3次，且其结果的相对偏差不得过0.1%。 5.2 标定和复标二结果的相对偏差不得0.15%，否则重标，如标定和复标误差符合要求，则将二者的算术平均值作为滴定结果。 6. 复标合格的滴定液及配制好的标准溶液，须贴上标签，写明

品名、浓度，配制日期、标定日期、温度、标定人、复标人、使用效期等。滴定液应定期复标，其使用期限一般为3个月。过期限不得使用。 7. 滴定液与标准液应按《药典》要求贮存，对光易变化的滴定液、标准液应贮于棕色瓶中，瓶口捆扎塑膜防潮、防污染，由人保管。过使用期限的标准液及滴定液，保管员不得发放，使用人员不得使用。实验室标准品储存恒温柜常温20度恒温箱