

## 融化甘露醇结晶的箱体 医院用的甘露醇溶解箱

产品名称	融化甘露醇结晶的箱体 医院用的甘露醇溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70077.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

融化甘露醇结晶的箱体 医院用的甘露醇溶解箱相关-

甘露醇在环境温度为25度的环境下就会结晶导致无法使用，故应用前应仔细检查，如有结晶需要在温度37~42度的环境里进行溶解，北京福意联甘露醇恒温箱，可用于37度甘露醇保温，也可用于42度甘露醇溶解。

融化甘露醇结晶的箱体 医院用的甘露醇溶解箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

### 融化甘露醇结晶的箱体 医院用的甘露醇溶解箱公司说明-甘露醇使用注意事项

- (1) 除作肠道准备用，均应静脉内给药。
- (2) 甘露醇遇冷易结晶，故应用前应仔细检查，如有结晶，可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时，应使用有过滤器的输液器。
- (3) 根据病情选择合适的浓度，避免不必要地使用高浓度和大剂量。
- (4) 使用低浓度和含化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。
- (5) 用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中毒时，应合用碳酸氢钠以碱化尿液。
- (6) 下列情况慎用：  
明显心肺功能损害者，因本药所致的突然血容量增多可引起充血性心力衰竭； 高钾血症或低钠血症；  
低血容量，应用后可因利尿而加重病情，或使原来低血容量情况被暂时性扩容所掩盖； 严重肾功能衰竭而排泄减少使本药在体内积聚，引起血容量明显增加，加脏负荷，诱发或加力衰竭； 对甘露醇不能耐受者。
- (7) 给大剂量甘露醇不出现利尿反应，可使渗透浓度显著升高，故应警惕血高渗发生。
- (8) 随访检查： 血压； 肾功能； 血电解质浓度，尤其是Na<sup>+</sup>和K<sup>+</sup>； 尿量。