

国家标准：GB/T 5170.8 《环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备》

产品名称	国家标准：GB/T 5170.8 《环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

国家标准编号	国家标准名称	代替标准号
GB/T 5170.8-2017	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备	GB/T 5170.8-2008

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 5170.8-1996	电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备	Inspection methods for basic parameters of environmental testing equipments for electric and electronic products--Salt mist testing equipments	废止	1997-5170.8
GB/T 5170.8-2008	电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备	Inspection methods for environmental testing equipments for electric and electronic products - Salt mist testing equipments	废止	2009-5170.8

本部分规定了盐雾试验设备(以下简称“设备”)的检验项目、检验用仪器及要求、检验负载、检验条件、检验方法、检验结果、检验周期等内容。本部分适用于对GB/T 2423.17和GB/T 2423.18所用设备的检验。本部分也适用于类似设备的检验。对交变盐雾试验所用湿热设备的检验见GB/T 5170.5-2016。

[标准全文查看/下载](#)

Test Requirement 测试要求：

温度盐雾沉降率噪声

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2017	温度偏差	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.1
	温度波动度	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.2
	温度均匀度	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.3
	温度指示误差	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.4
	温度过冲量	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.5
	温度过冲恢复时间	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.6
	盐雾沉降率	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.7
	噪声	环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备 8.8

Sample Size 样品数量 / 送样规格：2pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: