

双头吸顶式子母手术无影灯

产品名称	双头吸顶式子母手术无影灯
公司名称	南昌迈柯尔医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌高新技术开发区
联系电话	86-079182036019 13879196853

产品详情

一、概述

micare—d系列手术无影灯适用于各种手术照明场合，其全封闭流线型灯体配以自平衡机构，符合手术室消毒和高标准层流的要求。采用 cad / cam技术造就的整体反射光学系统，聚焦深度深；运用色温补偿技术，使色彩还原性得以提升，充分满足大型综合性外科手术和美容整形手术场合，是现代手术室的理想照明设备。

micare—d系列双头吊式手术无影灯可配置成d700/700、d700/500、d500/500三个品种。（详见表1）

型号	灯头	悬挂形式
d700/700	两个直径700mm灯头	吊顶式
d700/500	直径500mm及700mm灯头各一个	吊顶式
d500/500	两个直径500mm灯头	吊顶式

（表1）

本产品说明书包括产品使用说明书和产品技术说明书。

micare—d系列手术无影灯的正常工作条件：

电源电压：ac 220v ± 10% ；频率50hz/60hz ；

环境温度：5 ~ 40 ； 环境相对湿度 80%

标准安装高度：2.9m

micare—d系列手术无影灯的灯头是使用24 v的安全特低电压。

本设备安全类型为：i类设备；防电击程度为：b型。

工作制：连续运行。

安全程度：不能用于有空气、氧气和氧化氮组成的可燃性麻醉性混合物的场合。

二、适用范围

产品主要供医疗卫生机构的急诊室、手术室等作手术照明用。

三、结构

由灯头部件、支架、电源系统构成。