氧弹量热仪氧弹

产品名称	氧弹量热仪氧弹
公司名称	鹤壁市恒信电子有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁淇滨区东杨工业区
联系电话	86-03923333499 13839236621

产品详情

氧弹量热仪氧弹

氧弹的维护与保养 (1) 每天正式实验前，务必将空氧弹充足气，置入水中浸没数分钟，以观察氧弹的密封性能是否良好，保证测试结果的可靠性；
(2) 每次实验完毕后，务必将氧弹的各部件用蒸馏水冲洗干净并用专用毛巾擦干；
(3) 若发现氧弹漏气，则换上备用密封圈；否则，不能使用；
(4) 若发现氧弹螺纹滑丝，则禁止再使用该氧弹；
(5) 氧弹应定期检查，每年至少一次水压实验（可送到恒信公司进行测试）；
(6) 坩埚使用后应清洗干净，最好放在电炉上高温烘烤 3 ~ 5 分钟；
(7) 从内桶中取放氧弹时必须小心，防止因碰撞或跌落损坏内桶。

自动充氧器维护与保养
(1) 试用氧气必须符合 gb213-96 要求，禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点；
(2) 充氧器要放在平稳的工作台面上； (3) 充氧器（包括充氧导管、减压阀）严禁与各种油脂接触；
(4) 充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲 ； (5) 充氧器周围严禁有明火存在； (6) 如氧气瓶的氧压低于 5mpa ，应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过 3mpa ，则应将氧弹中的氧气放出，重装氧弹，重新充氧。