煤炭发热量检验仪,大卡机,氧弹仪正确操作方法

产品名称	煤炭发热量检验仪,大卡机,氧弹仪正确操作方法
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

zdhw-6000型微机全自动量热仪

关键字:量热仪,微机全自动量热仪,全自动量热仪,自动量热仪,全自动微机量热仪

一、微机全自动量热仪概述 鹤壁先烽仪器量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。

二、微机全自动量热仪性能特点:

1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算，系统采用windows xp操作系统，操作全过程汉字提示，人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作，功能优越，使用方便。

2、高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动称水重、调水温、只需装好氧弹，仪器便可完成全部测试工作。

3、电脑控制自动标定仪器热容量，输入相关数据，微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。

4、采用串口通信技术，故障率低，自动保护，自动诊断，使用环境宽松。测量精度高分析快，jignmi测温探头，实时显示温度-时间曲线，方便直观。

5、低故障率，自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。

6、简便易用，界面友好，软件容错性好，易学易用。

7. 结果准确，采用独特的冷却校正体系，保证仪器性能的测试稳定性。

8、zdhw-6000型微机全自动量热仪作为单筒量热仪系统使用，若对两台热量计进行异步控制，请选用zdhw-6000b微机全自动双控量热仪系统。

三、微机全自动量热仪技术指标及参数:

1、使用环境：5-40℃

2、热容量：约10500j/k

3、分辨率：0.0001℃

4、测量精度:符合gb/t 213－2008要求

5、测试时间：15min左右

6、外水筒容量 30l

7、内水筒容量 约2.3l

8、点火电压 24v

9、点火时间 6分钟点火

10、定量误差：≤±1g

11、测量误差：优于国标

12、主机功耗：≤40w

13、电源电压：ac220v±10%50hz