

ES-300高频电刀 泌尿科、儿科适用电刀 厂家供应

产品名称	ES-300高频电刀 泌尿科、儿科适用电刀 厂家供应
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

接触质量监督系统(REM)

可检测接触电阻变化。当中性极板和人体接触面积的电阻大于或等于150Q，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止，确保安全。

喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V

火花低频：

高频电刀本身不会输出低频电流,只是在刀头电缆断线重新打火时会产生低频电流,这种电流会产生极大的危害

性。

所以在手术前和手术过程中必须严格检查极板、刀头和电缆的连接是否处于完好的状态,此外,电刀启动和点灼组织不可过于频繁,因为启动和点灼会产生低频电流。