

手术刀片切割力测试仪

产品名称	手术刀片切割力测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

手术刀片切割力测试仪

贴骨袋是医疗行业中常用的包装材料之一，主要用于存储和保护手术刀片、缝合针和线等医疗器械。贴骨袋的热合强度和折断性能是评估其质量的重要指标。本文将介绍使用拉力试验机检测贴骨袋热合强度和折断、手术刀片锋利度和切割力、缝合针和线连接强度、组合盖拉环开启力的方法。

贴骨袋热合强度和折断在袋子受到拉伸的过程中，拉力试验机会记录力和位移数据，并计算出袋子的热合强度。在完成热合强度测试后，继续拉伸样品至袋子折断，记录折断时的力和位移数据。。

手术刀片锋利度和切割力选取一定数量的手术刀片样品，确保刀片无锈蚀、无弯曲且无明显磨损。记录切割时的力和位移数据。分析数据，评估刀片的锋利度和切割力性能。

缝合针和线连接强度在针和线受到拉伸的过程中，拉力试验机会记录力和位移数据，并计算出针和线的连接强度。

组合盖拉环开启力在拉环受到拉伸的过程中，拉力试验机会记录力和位移数据，并计算出组合盖拉环的开启力。评估组合盖拉环的开启力性能。

通过以上方法使用拉力机进行检测贴骨袋热合强度和折断、手术刀片锋利度和切割力、缝合针和线连接强度、组合盖拉环开启力等指标可以评估医疗包装材料的质量和安全性。这些数据可以作为生产厂家和使用者的重要参考依据，帮助改进产品设计和提高使用安全性。同时，定期进行这些测试也是保证产品质量的重要手段之一。

技术参数

测量范围： 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N（可选其一或多个）

测量精度： $\pm 0.5\%$ 误差

测量速度： 1-500mm/min（无极变速）

速度精度： $\pm 2\%$ 误差

机器尺寸： 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量： 78Kg

环境温度： 15 -50

相对湿度： 80%，无凝露

工作电源： 220V 50Hz

济南三泉中石实验仪器有限公司的技术力量坚实，拥有一支经验丰富的研发团队和一批熟练的技术工人。他们以的知识和技术，为我们提供了强大的产品性能和品质保证。

我们的信誉和实力在业界得到了广泛的认可。客户的满意度是我们大的骄傲，他们的成功案例和反馈是我们好的名片。无论是大型科研机构还是小型实验室，我们都能为他们提供合适、高效的解决方案。

手术刀片切割力测试仪

此为广告