

福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L

产品名称	福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73727.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L产品用途-

是供医用使用的加温恒温设备，主要适用于医用手术室、输液室、急诊科、输血室、放射科等科室。用于对医用盐水、腹透液、甘露醇等各种冲洗液的加温及恒温保存，温度37 之间恒温控制，满足医用不同输液的加温、恒温要求。

福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，tigao手术护理质量。

福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L相关-术中低体温对患者恢复期的影响及护理.方法:选择全麻开腹手术患者80例.按照随机表法随机分为两组,常规组40例,行常规手术,术中肛温34.2 ~ 35.5 ;对照组40例,术中注意保暖,室内温度维持在28 ~ 30 ,使用液体加温仪输液及输血,冲洗液用水温浴箱加温至37 ,术中肛温35.6 ~ 36.5 .观察两组术前、术中及术后血压、心率、肛温、拔管时间、清醒时间、尿量、引流量、寒颤及躁动的发生率.结果:与对照组相比,常规组患者血压升高,心率增,清醒延迟,引流量增多,寒颤、躁动发生率高.结论:术中低体温使术后氧耗增高,术后潜在并发症的发生机会增多.术中应监测体温,输液液体及冲洗液应加温,注意保持手术间温度,以降低上述反应的发生率。福意联医用液体恒温箱FYL-YS-150L