

VICTOR 01 温度校验仪/胜利 VC01效验仪

产品名称	VICTOR 01 温度校验仪/胜利 VC01效验仪
公司名称	上海同倍检测科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:victor/胜利 型号:victor01
公司地址	上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室
联系电话	15618554069

产品详情

victor 01 温度校验仪/vc01

特点：

- 1、输出的基本精度达0.05%，输出显示为5位2、输出功能：直流电压、电阻、热电偶、热电阻3、具有8个热电偶分度和2个热电阻分度4、热电偶输出时，可提供高精度的自动冷端补偿5、操作性能优越键盘配置，输出设定的增减键与lcd上显示设定值按位对应供电：9v电池（ansi/neda 1604a 或iec 6lr619v碱性）电池寿命：约25小时最大允许电压：30v（各端子间及各端子对地）操作温度范围：0 ° c ~ 50 ° c操作湿度范围：80%rh贮存温度范围：-10 ° c ~ 55 ° c贮存湿度范围：90%rh尺寸：200 × 100 × 40 mm（加护套）重量：550g（加护套）附件：说明书、工业测试导线cf-733360（探棒附鳄鱼夹）选件：工业测试导线cf-31-a（探头夹）安全：符合iec1010条款（国际电工委员会颁布的安全标准）

技术指标：

输出功能 [适用于校准后一年内、23 ± 5 、 35 ~ 70%rh、精度= ± (设定值%+量程%)]

功能	量程	输出设定范围	分辨力	准确度	备注
直流电压dcv	100mv	-10.00 ~ 110.00mv	0.01mv	± 0.05%设定值 ± 30uv	最大输出电
	1000mv	-100.0 ~ 1100.0mv	0.1mv	± 0.05%设定值 ± 0.3mv	最大输出电
欧姆ohm	400	0.0 ~ 400.0	0.1	± 0.05%设定值 ± 0.2	± 1ma激励
热电偶tc	r	-40 ~ 1760	1	± 0.05%设定值 ± 3 （小于或	采用its-90
	s	-20 ~ 1760	1	等于100 ） ± 0.05%设定值 ± 2	
	p	400 ~ 1800	1	（大于100 ） ± 0.05%设定值 ± 3 （400 ~ 60	

				0) ± 0.05%设定值 ± 2 (大于600)	
	e	-200.0 ~ 1000.0	0.1	± 0.05%设定值 ± 2 (小于或等于-100) ± 0.05%设定值 ± 1 (大于-100)	
	k	-200.0 ~ 1370	0.1		
	j	-200.0 ~ 1200.0	0.1		
	t	-200.0 ~ 400.0	0.1		
	n	-200.0 ~ 1300.0	0.1		
热电阻rtd	pt100	-200.0 ~ 850.0	0.1	± 0.05%设定值 ± 0.6	采用pt100-
	cu50	-50.0 ~ 150.0	0.1		

注：1.不含附属的导线电阻部分2.激励电流范围 0.5ma ~ 2ma，最大输出电压 £ 2v3.精度中不包括内部温度补偿传感器的误差4.内部温度补偿传感器的范围 -10 ~ 50 ° c，补偿误差 £ 0.5 5.温度系数 ± 0.005% 量程 / ° c (0 ° c ~ 18 ° c、 28 ° c ~ 50 ° c)

上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

服务承诺：

- 1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

"VICTOR 01 温度校验仪/胜利 VC01效验仪"的型号为VICTOR01，测温精度是 ± 0.05%，测温分辨率为0.1，品牌是VICTOR/胜利，装箱数为见资料，加工定制是否，外形尺寸为200 × 100 × 40mm (mm)，测量范围是见资料 ()