

# 睡眠呼吸初筛仪技术要求

产品名称	睡眠呼吸初筛仪技术要求
公司名称	湖南省国瑞中安医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1813房
联系电话	18673165738 18673165738

## 产品详情

睡眠呼吸初筛仪的技术要求主要包括以下几个方面：

**准确性：**睡眠呼吸初筛仪需要能够准确监测和记录使用者的血氧饱和度、脉率和鼻气流等生理参数，以便为用户提供准确的睡眠呼吸情况。

**稳定性：**睡眠呼吸初筛仪需要能够在长时间连续工作的情况下保持稳定，以确保测试结果的准确性和可靠性。

**抗干扰能力：**睡眠呼吸初筛仪需要具备抗干扰能力，能够在外界干扰因素存在的条件下正常工作并保持准确性。

**安全性：**睡眠呼吸初筛仪的设备材质应环保无毒，经过防水、防尘等处理，以确保设备在使用过程中的安全性。同时，设备应具备电流过载、电压过高/过低等电气保护功能，能够实现自动断电保护，降低设备故障及人身危险的风险。

**便携性：**睡眠呼吸初筛仪需要体积小、重量轻，方便用户携带和使用。

总之，睡眠呼吸初筛仪的技术要求包括准确性、稳定性、抗干扰能力、安全性和便

携性等方面，以确保设备能够准确、稳定地监测使用者的睡眠呼吸情况，并提供准确的诊断和建议。