

睡眠呼吸初筛仪临床评价资料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 睡眠呼吸初筛仪临床评价资料 |
| 公司名称 | 湖南省国瑞中安医疗科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1813房 |
| 联系电话 | 18673165738 18673165738 |

产品详情

以下是一份关于睡眠呼吸初筛仪的临床评价资料：

该临床评价采用了打鼾患者156例，用睡眠呼吸初筛仪进行临床监测，同时同步行整夜多导睡眠监测（PSG），通过对比两种监测方法的呼吸暂停低通气指数（AHI）、低血氧饱和度（LSaO₂）、氧减指数、CT90%等指标，评价睡眠呼吸初筛仪的灵敏性、特异性，以及与多导监测仪（PSG）的一致性。

结果显示，睡眠呼吸初筛仪与PSG诊断OSAHS的一致性为94.9%，特异性为86.3%，灵敏性为99.0%，Kappa=0.91，高度一致；与PSG诊断OSAHS分度的一致性为89.1%，Kappa=0.82，高度一致。

因此，该报告认为睡眠呼吸初筛仪（YH-600B）诊断OSAHS具有高敏感性、特异性，与多导睡眠监测仪（PSG）有高度一致性，可用于临床常规诊断。

以上信息仅供参考，如有需要，建议查阅相关文献资料。

