

## 西门子代理商西门子U23分析仪如何设置量程,有哪些步骤?

产品名称	西门子代理商西门子U23分析仪如何设置量程,有哪些步骤?
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

### 产品详情

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

西门子U23分析仪如何设置量程,有哪些步骤?

西门子U23分析仪采用的是直接抽取式, 二氧化硫, 氮氧化物采用非分散红外光谱法原理, 氧量采用电化学测量原理, 脱硫出口分析仪量程二氧化硫, 氮氧化物、氧量量程分别是100mg/m<sup>3</sup>,100mg/m<sup>3</sup>, 0-25%。

由于西门子U23分析仪SO<sub>2</sub>测量原理为红外光谱测量, 主要通过测量相关波段红外线的衰减幅度来测量相应气体的浓度, 此种测量原理水汽干扰对数据的影响非常大。

U23分析仪量程的配置:

分析仪的量程和上位机的量程只有对应起来分析仪显示屏上的检测值和上位机上的显示值才是对应的。设置步骤如下:

- 1、在测量界面先按一下“ Enter ”进入下一界面。
- 2、在新界面选择“ Parameters ”一项，按一下“ Enter ”进入下一界面。
- 3、在新界面输入密码“ 222 ”（如果没弹出此界面操作以下步骤即可）。
- 4、在新界面可通过上下按键切换各个组分并按一下“ Enter ”进入下一界面进行量程修改。
- 5、在新界面选择“ switchranges ”，按一下“ Enter ”进入下一界面。
- 6、在新界面的“ Actualranges : ”一项后面新的分析仪此处为“ AR ”，应该通过上下按键改为“ 1 ”或者“ 2 ”，分别对应着量程1和量程2。改完按下“ Enter ”保存后一直按“ Esc ”退到测量界面即可。

注意温度的影响，西门子U23分析仪开机时，仪器温度上升时会操成仪器温漂，等温度稳定时重新标几次零点即可（温度稳定时间根据现场气温不同而不同，冬季北方的可能需要2-3天。南方稍短，也可现场加热法，让仪器快速达到温度稳定期）。