

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）

产品名称	甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）厂家简介：

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）厂家北京福意电器有限公司成立于1999年，注册品牌“福意联”。2005年与英得尔公司合资在广东中山建立了基地，工厂占地面积100亩，厂房建筑面积将近6万平方米，员工500余人，3条大型成品线，是恒温箱、车载家用电子冷藏、压缩机冰箱、冷藏箱，舰艇冰箱、燃气冰箱、大型药品疫苗箱的厂家。2003年福意联品牌正式在市场推广。凭着高度一体化的综合实力，福意联已成为一家自制率75的企业。

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）参数：

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）：特点：

1、无氟型制冷剂，爱护环境；2、设计，噪音只有57分贝；3、
的冷凝方式：一半自然对流，一半风冷，即使风冷凝器脏堵，也不容易造成压缩机的损坏；4、
根据门高设计，总高1.89米，不用为搬运及放置的地点发愁；5、内胆及内门采用不锈钢制作；6、
箱内三层隔板可调高度；7、四个优良内门以防冷气散失；8、内腔圆角设计，容易清洗；9、
R232接口（可选），帮助数据分析；10、十分方便拆卸清洗的除尘器；11、配有门锁及电源锁；12、
有光、声报警；13、主要零部件全部采用国外品牌，运行更有保障；14、，维护及时，更有保障；

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）：

1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。4.仪器工作中请尽量不要打开
对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若
5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降
7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
9.接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾
12.仪表运转期间，电源入力端子盖安装在端子上以防触电。
13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，
险。15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司“福意联（FU.YI.LIAN）”的商标早在北京商标已注册，依托的，多
年的经验，以的设计理念，可靠的工艺，的检测设备，的赢得了广大客户的信赖与和优良。

甘露醇加热器（整形医院甘露醇加温柜）