

实验台 操作台 储物柜检测 GB 24820-2009 实验室家具检测

产品名称	实验台 操作台 储物柜检测 GB 24820-2009 实验室家具检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

GB 24820-2009.General technical requirements for laboratory furniture.1范围GB 24820规定了实验室家具的术语和定义、符号、分类、要求、试验方法、检验规则及标志.包装、贮存、运输、使用说明。GB 24820适用于学校、医院、科研、质检等单位实验室用物理实验台、化学实验台、生物实验台、操作台及储物柜等普通实验室家具。GB 24820不适用于实验室用椅、凳和特殊实验室(如老化、退化的评估.发热效应、人类工程学及防火等)使用的家具。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。GB/T 1732- -1993漆膜耐冲击性测定法GB/T 2828. 1- 2003计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 3324- -2008木家具通用技术条件GB/T 3325- -2008金 属家具通用技术条件GB 4793.1测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1 部分:通用要求GB/T 4893.1家具表面 耐冷液测定法GB/T 4893.2家具表面耐湿热测定法GB/T 4893.3家具表面耐干热测定法GB/T 4893.4家具表面漆膜附着力交叉切割测定法GB/T4893.7家具表面漆膜耐冷热温差测定法GB/T 4893.8家具表面漆膜耐磨性测定法GB/T 4893.9家具表面漆 膜抗冲击测定法GB 5296.6消费品使用说明第6部分:家具GB 6566建 筑材料放射性核素限量GB/T 6739- -2006色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度GB7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB/T9286色漆和清漆漆膜的划格试验GB/T 10357. 1- 1989家具力学性能试验桌类 强度和耐久性GB/T 10357. 4--1989家具力学性能试验柜类 稳定性