

医用空气压缩机维护保养需要注意什么

产品名称	医用空气压缩机维护保养需要注意什么
公司名称	湖南省国瑞中安医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1813房
联系电话	18673165738 18673165738

产品详情

医用空气压缩机的维护保养需要注意以下几点：

保持工作场所整洁：避免杂乱无章和尘土飞扬，以免影响空气压缩机的正常运转和寿命。

注意工作环境：空气压缩机应避免在潮湿、阴暗、易燃易爆等环境中工作，以免发生危险。

定期检查油池中的润滑油：确保润滑油不低于刻度线值，同时检查运动部位、联接部位、润滑系统、控制系统等是否正常。

注意电源和电机：避免过载和短路，以防发生故障。

定期更换部件：如滤芯、润滑脂、机油、排气过滤器等，以保证设备正常运行。

监控温度：如压缩机的排气温度、电机温度等，如有异常应及时处理。

定期清洗和检查：包括气路、冷却系统、储气罐、管道等，确保其正常运行。

做好日常维护保养工作：如油气桶放水、检查油面、为周围设备做好供电准备等。

避免不必要的意外发生：如避免孩童与作业无关的人员靠近空压机，以防触电等意外发生。

总之，维护保养医用空气压缩机需要注意多个方面，包括工作场所、工作环境、电源电机、部件更换、温度监控、清洗检查以及日常维护等。只有做好这些工作，才

能确保医用空气压缩机的正常运转和延长其使用寿命。