

# 犬细小抗体快速检测卡

产品名称	犬细小抗体快速检测卡
公司名称	广州健仑生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市中山大道东81号金碧世纪花园254
联系电话	020-13710007117 13570709494

## 产品详情

### 犬细小抗体金标检测卡

### 犬细小病毒抗体检测试剂盒使用说明书

#### 临床意义

犬细小病毒是一种危害严重的犬科传染性病原体。幼犬多发，以出血性肠炎或非化脓性心肌炎为主要特征，及时检测对于预防和控制感染有重要意义。

#### 检测原理

采用渗滤式免疫胶体金技术，利用金颗粒作为示踪剂，选择性捕捉标本中特异性抗体。斑点反应板上的固相抗原特异地与标本中的特异性抗体结合形成复合物，胶体金标记的第二抗体(igg、igm、iga)再与复合物结合，形成肉眼可见的红色线条。

#### 试剂及用品

1. 金标反应板 1套
2. 金标试剂a液（洗涤液） 1瓶
3. 金标试剂b液（金标液） 1瓶
4. 使用说明书 1份

## 操作方法

1. 在反应板孔中间加2滴洗涤液，待液体充分吸入；
2. 取血清样品100ul于反应板孔中，待液体充分吸入；
3. 小心揭掉红色滤盖，在反应孔中间加2滴洗涤液，待液体充分吸入；
4. 在反应孔中间加4滴金标液，待液体充分吸入；
5. 在反应孔中间加2滴洗涤液，待液体充分吸入，观察结果。

## 结果判断

反应板中央出现“十”字红线为阳性，只出现“一”字横线为阴性；横线与竖线均不出现或仅出现竖线为试剂失效或操作有误，应当重新测试。

## 注意事项

1. 使用新鲜血清标本，小心吸取中间澄清部分，保证标本无混浊、沉淀、油脂以免阻塞反应板滤膜孔影响试验。
2. 试剂盒从冰箱取出后应恢复至室温才能使用。
3. 金标液出现明显颗粒状沉淀或变成蓝色为失效。
4. 本试剂有效期为六个月。
5. 收集、处理、储存、丢弃样品和使用试剂盒中的试剂应采用适当的预防措施。

## 试剂盒的贮存

置于2-8℃ 冷藏保存，勿要冷冻。