

# 甘露醇融化加温器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器

产品名称	甘露醇融化加温器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67386.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

甘露醇融化加温器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器相关-

甘露醇熔点高,性质稳定,但冬季容易结晶,细小的结晶 易堵塞肾小管,造成肾小球滤过率下降和肾小管内压增高,如冬季输注前不加温溶解,会有大量的微粒在短时间内进入静脉,可能引起血栓或静脉炎,影响临床应用.故冬季甘露醇应在加温后,结晶的情况下使用.福意联甘露醇恒温箱,作为溶解甘露醇结晶设备,37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题,提升护理工作者的工作效率,已经在各大医院广泛使用.

甘露醇融化加温器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇融化加热器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器公司说明-甘露醇静脉注射后迅速进入细胞外液而不进入细胞内。但当血甘露醇浓度很高或存在酸中毒时，甘露醇可通过血脑屏障，并引起颅内压反跳。利尿作用于静注后1小时出现，维持3小时。降低眼内压和颅内压作用于静注后15分钟内出现，达峰时间为30~60分钟，维持3~8小时。本药可由肝脏生成糖原，但由于静脉注射后迅速经肾脏排泄，故一般情况下经肝脏代谢的量很少。本药半衰期( $t_{1/2}$ )为100分钟，当存在急性肾功能衰竭时可延长至6小时。肾功能正常时，静脉注射甘露醇100g，3小时内80%经肾脏排出。甘露醇融化加热器 甘露醇融化加温仪 溶解甘露醇的机器