

# 输血袋插口连接力测试仪

产品名称	输血袋插口连接力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:20N、50N、300N、1500N 精度等级:0.5级 测量速度:1-600mm/min（无极变速）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

输血袋插口连接力测试仪/济南三泉智能科技有限公司

医疗器械性能测试仪应用于医疗器械包装、注射针、穿刺针、输液针、注射器、医用辅料、输液器、血袋、麻醉穿刺包、手术刀片、导管等医疗器械产品，进行穿刺力、滑动性、拉伸强度、热合强度、剥离强度、拔开力、连接牢固度、密合性等力学性能试验。广泛应用于医疗器械生产厂家、包装厂、检测机构等单位。

### 技术特征

独具分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷

仪器可自动存储数据，方便用户查询

进口传感器系统，测试精度在行业内遥遥lingxian，有效的保证了试验结果的准确性

一机具备拉压试验、剥离强度、连接牢固度、穿刺力等多项单独实验项目,满足不同材料测试需要

丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性

配备微型打印机,快速打印实验结果

通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目

限位保护、自动回位等智能配置,保证用户的操作安全

## 技术参数

测量范围 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N (可选其一或多个)

精度等级 0.5级

测量速度 1-600mm/min (无极变速)

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78Kg

环境温度 15 -50

相对湿度 最高80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

## 标准

YY/T 0148、YY 0285.1、YY 0613、YY 0174、YY 0321.1、GB 8368、GB 15810、GB15811、GB 14232.1、YY/T 0681.2

## 配置

标准配置：主机、微型打印机、拉伸夹具

选用配置：穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、正压密合性测试夹具、连接牢固度夹具、拔开力夹具、实验板、标准压辊等

输血袋插口连接力测试仪/济南三泉智能科技有限公司