

溶血性链球菌 医用护理软膏 医用喷剂敷料 医用冷敷凝胶

产品名称	溶血性链球菌 医用护理软膏 医用喷剂敷料 医用冷敷凝胶
公司名称	苏州飞凡检测科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭双泾街59号4号楼202室（注册地址）
联系电话	18051093356 18051093356

产品详情

检测通过2015版药典实施，新版药典逐步与国际接轨，

检测项目1，外观。

2，有效使用量。

3，PH值。

4，重金属含量

5，乙醇残留量

6，微生物限度

7，溶血性念球菌

检验方法；

1、外观：将冷敷凝胶垂直置于伞棚灯下，照度为1000Lx，任意旋转，从水平方向观察。

2、有效使用量：将每支单包装中冷敷凝胶按正常使用方式尽量取出，精密称定。3、PH值：冷敷凝胶用蒸馏水作等质量比稀释，按照《中华人民共和国药典》(2015年版)四部通则0631规定的方法测定。

4、重金属含量：按照《中华人民共和国药典》(2015年版)四部通则0821第三法测定，取冷敷凝胶1.0

g于样品管中，标准铅溶液1.0ml于标准对照管中。

5、乙醇残留量：按照2015版《中国药典》四部通则3201乙醇残留量测定法规定的方法进行监测。

6、微生物限度：需氧菌总数、霉菌和酵母菌总数按照《中华人民共和国药典》(2015年版)四部通则1105进行检测，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）按照GB 15979-2002附录B《产品微生物检测方法》进行检测。

7、溶血性链球菌：按照GB 15979-2002附录B《产品微生物检测方法》进行检测。

要求；

1. 微生物限度应符合《中华人民共和国药典》(2015年版)四部通则1107《非无菌药品微生物限度标准》中表1“皮肤给药制剂”的要求。

2. 溶血性链球菌；溶血性链球菌检测不得呈现阳性。