

红外乳腺诊断仪生产商

产品名称	红外乳腺诊断仪生产商
公司名称	江苏佳华电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州市纺织西路关庄组团14#
联系电话	86-051685811778 13952151503

产品详情

红外乳腺诊断仪生产商红外乳腺诊断仪是根据人体的生物组织对红外光吸收不同的原理，利用红外探头发出的波长为 $0.8 \sim 1.5 \mu\text{m}$ 的红外光透照乳房，经光电转换后通过主机进行信号处理，将乳腺组织的各种病变显示在屏幕上，经过图像处理能迅速准确的诊断各种乳腺疾病，根据阴影的深浅、边界及血管的分布情况可以鉴定出良、恶性肿瘤、增生、炎症和囊肿等不同的乳腺病。临床使用证明红外乳腺诊断仪对乳腺病能提供迅速、准确的科学诊断，尤其适用于对乳腺癌的早期诊断，安全迅速无创伤。

1：彩色液晶显示器，分辨率1280 1024 刷新率75hz

2：探头光束直径 10mm。

3：探头最大光照度 100000lux，无级可调

4：探头最大表面温度 41

5： 探头纯红外光有效光谱波长范围在 $0.8 \mu\text{m} \sim 1.5 \mu\text{m}$ ，纯红外光，对血管的显示能力要高于常规的红外探头，而且轻便手握感好。

6：红外灯泡镀膜 18层，红外光波长稳定在70%~80%

7：输入信号：标准视频信号1vp-p，阻抗75

8：探头光功率无级可调。

9：ccd摄像机最低照度0.05lux

10：ccd摄像机分辨率500tvl

11：摄像机焦距可调范围：0~16mm