

# 克伦特罗ELISA检测试剂盒

产品名称	克伦特罗ELISA检测试剂盒
公司名称	江苏维赛科技生物发展有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	wiseste:wiseste 型号:112
公司地址	江苏镇江科技新城b11栋
联系电话	051188896029 18351400030

## 产品详情

克伦特罗elisa检测试剂盒是利用竞争elisa方法，在酶标板微孔上预包被克伦特罗抗原。检测时，加入标准品或样品溶液，克伦特罗抗体及酶标记物，包被抗原和加入样本中的克伦特罗竞争性地与克伦特罗抗体结合后，再与酶标记物形成抗原抗体复合物，用tmb底物显色;加入反应终止液，在450nm波长酶标仪下进行检测，样品中的克伦特罗<http://www.wiseste.com>浓度与吸收光强度成反比。

### 【检测范围】

克伦特罗elisa检测试剂盒是应用elisa技术研发的药物残留检测产品,与仪器分析技术比较，能经济、快速地检测出肌肉组织、饲料、尿液等样品中的克伦特罗含量。

### 【交叉反应率】

与类似物的交叉反应率：

克伦特罗.....100%

特普他林..... < 1%

菲诺特罗..... < 1%

马布特罗..... < 1%

西马特罗..... < 1%

溴布特罗..... < 1%

塞曼特罗..... < 1%

**【试剂盒组成】**

酶标板1块，96孔/板

标准液6瓶(1ml/瓶)：

0 ppb、0.1 ppb、0.3 ppb、0.9ppb、2.7ppb、8.1 ppb

高浓度标准品100ppb .....1ml

抗体工作液.....10ml

酶标记物.....7ml

底物液a .....7ml

底物液b.....7ml

终止液..... 7ml

10×浓缩洗涤液.....40ml

2×浓缩复溶液.....50ml

说明书..... 1份

**【样本稀释倍数】**

组织样品：4倍

尿液样品：1倍

饲料样品：50 倍

**【试剂盒灵敏度、准确度、精密度】**

试剂盒灵敏度：0.1ppb

样本最低检测限：

组织样品.....0.4ppb

尿液样品.....0.1ppb

饲料样品.....5ppb

回收率：

组织样品.....80 ± 10%

尿液样品.....80 ± 10%

饲料样品.....80 ± 10%

精密度：

试剂盒的变异系数均小于10%