

杀灭分歧杆菌试验，消毒技术规范（卫生部2002年版）第二部分（2.1.1.8）

产品名称	杀灭分歧杆菌试验，消毒技术规范（卫生部2002年版）第二部分（2.1.1.8）
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

杀灭分歧杆菌试验是用于评估某种消毒剂或抗菌产品对分歧杆菌的杀灭效果。分歧杆菌是一类特殊的细菌，包括引起结核病的结核分歧杆菌等，因此对其杀灭效果的评估尤为重要。

进行杀灭分歧杆菌试验时，通常分为几组试验以比较不同条件下的杀灭效果：

试验组：这是主要的试验组，其中使用特定浓度的消毒剂或抗菌产品，并确定作用时间。试验的目的是评估在这一特定条件下，消毒剂或抗菌产品对分歧杆菌的杀灭效果。

阳性对照组：这一组试验以硬水代替消毒剂溶液，按照相同的程序进行试验。所得结果代表了试验体系中所含受试菌的初始浓度。这一组试验的目的是为了提供一个基准，以便计算消毒因子对受试菌的杀灭对数值。

阴性对照组：这一组试验的目的是观察同次试验用相关溶液和培养基有无污染。这对于确保试验结果的准确性至关重要。

在试验过程中，还需要遵循一系列的标准操作程序，以确保试验结果的准确性和可

靠性。这包括确保试验环境的无菌条件、准确控制消毒剂或抗菌产品的浓度和作用时间、以及正确进行活菌计数等。

总之，杀灭分歧杆菌试验是评估消毒剂或抗菌产品对分歧杆菌杀灭效果的重要方法。通过遵循科学的试验设计和操作程序，可以获得准确的结果，为产品的开发和应用提供有力的支持。