

不干胶剥离试验机

产品名称	不干胶剥离试验机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量量程:1L/min 流量分辨率:1mL/min 压力量程:20KPa
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

不干胶剥离试验机/济南三泉智能科技有限公司

医用胶带剥离测试仪是一种用于测试医用胶带剥离性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中医用胶带所承受的各种力学条件，对医用胶带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。

一、医用胶带剥离测试仪的工作原理

医用胶带剥离测试仪主要由支架、拉力传感器、控制系统和测量系统等组成。其工作原理是将医用胶带样品粘贴在支架上，通过拉力传感器对样品进行拉伸，以模拟实际使用过程中医用胶带的剥离情况。同时，控制系统可以控制拉伸速度和拉伸距离，以模拟不同的力学条件。

二、医用胶带剥离测试仪的特点

精度高：医用胶带剥离测试仪采用高精度的拉力传感器和测量系统，可以准确地测量和记录医用胶带的剥离性能。

操作简单：该设备采用自动化控制方式，操作简单方便，能够快速得到准确的测试结果。

可定制化：医用胶带剥离测试仪可以根据不同的测试需求进行定制化配置，可以满足不同类型医用胶带的测试要求。

安全性高：设备设计有完善的安全保护装置，能够确保操作人员和设备的安全。

三、医用胶带剥离测试仪的应用

产品质量控制：在生产过程中，医用胶带剥离测试仪可以用于检测产品的质量，确保每个批次的产品都符合预设的标准。

科研开发：科研人员可以使用该设备研究新型的医用胶带材料，通过不断的试验和优化，开发出性能更优的产品。

行业标准制定：在制定行业标准时，使用医用胶带剥离测试仪可以提供准确的数据支持，帮助制定合理的标准。

技术参数

标准压辊 $2000\text{g} \pm 50\text{g}$

最大试验力 30N

试验力有效范围 2% ~ 100%FS

试验力最小读数值 0.001N

位移最小读数值 0.01mm

测试误差 1级

速率范围 1 ~ 500mm/min无级调速

不干胶剥离试验机/济南三泉智能科技有限公司