

多酶清洗剂，医院耗材 紫晶

产品名称	多酶清洗剂，医院耗材 紫晶
公司名称	衡阳市人之源紫晶生物工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:紫晶 外观性状:液体 主要有效成分:蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等
公司地址	中国 湖南 衡阳市 衡阳市莲湖路32号
联系电话	86 0734 8267862

产品详情

品牌	紫晶	外观性状	液体
主要有效成分	蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等	含量	90（%）
杀灭微生物类别	可迅速分解清除血污	质量标准	Q/EUPF002-2010
许可证号	湘卫消证字（2003）第0036号	使用范围	适用于医院内窥镜、牙科、妇科病及其它各种医疗器械的清洗
规格	1000ml	有效期	24（月）

紫晶®多酶清洗剂

本品由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等多种酶以及阴离子表面活性剂、酶稳定剂、抗菌因子等科学配制而成。

功能：可迅速分解清除血污，各种人体分泌物，其它有机物污染

用途：适用于医院内窥镜、牙科、妇产科及其它各种医疗器械的清洗

使用方法：按一下比例稀释配制清洗液，浸泡清洗物品

污染程度	稀释比例（理想水温20 -45 ）	浸泡时间
污物变干	1：50（20ml加水1升）	15~20分钟
高度污染	1：100（10ml加水1升）	10~20分钟
中度污染	1：150（7.5ml加水1升）	10~15分钟
轻度污染	1：200（5ml加水1升）	2~5分钟

浸泡洗液完后，再用清水冲洗干净。

注意事项：本品为含酶产品，不得误用

请勿直接接触皮肤、粘膜，操作使用时应带手套，如不慎溅到皮肤眼睛，立即用水冲洗。

请不要与其他消毒剂混合使用。

本品原液不能接触水等异物，每次使用后及时盖紧。

储存：阴凉干燥处，避光保存

有效期：2年

生产日期及产品批号：见瓶体

卫生许可证：湘卫消证字（2003）第0036号

执行标准：q/eupf-002-2010