

# 射频套管针参数规格介绍

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 射频套管针参数规格介绍                  |
| 公司名称 | 北京北琪医疗科技有限公司销售部              |
| 价格   | 1688.00/支                    |
| 规格参数 | 品牌:英诺曼德<br>型号:CC2225,,CC2335 |
| 公司地址 | 北京市海淀区四季青镇巨山村375号综合楼三层       |
| 联系电话 | 010-82416618 13601101378     |

## 产品详情

### 射频套管针

(又称:射频热凝电极套管针、射频热凝器套管针、射频电极套管针、射频穿刺针、射频电极针、疼痛手术电极套管针)

### 射频套管针

(射频穿刺针、射频电极针、射频电极套管针)是设计用于射频热凝器或热融组织专用针,主要用于治疗各种肿瘤和腰椎间盘的治疗。

### 射频套管针

(射频穿刺针、射频电极针、射频电极套管针)涂层结实牢靠,精确度高,表面光滑。规格:长度: : 100mm-160mm,直径20g-22g,适用于北琪射频热凝器。 射频套管针

(射频穿刺针、射频电极针、射频电极套管针)是设计用于射频热凝器或热融组织专用针,主要用于治疗各种肿瘤和腰椎间盘的治疗。

### 射频套管针

(射频穿刺针、射频电极针、射频电极套管针)针杆为全钢金属,经特殊机械加工后,外套铁氟龙绝缘管热缩而成,结合牢固,绝缘性能好。

### 传统的射频套管针

(射频穿刺针、射频电极针、射频电极套管针)的绝缘层是经过静电喷涂而成,镀层只有5微米左右,而我们所采用的热合铁氟龙的厚度是静电喷涂的几十倍,安全性大大提高。并且,该产品,经清洗后,可以重复消毒使用,大大降低使用成本。

射频套管针产品中的伞形杆、伞簧片、针管采用gb1220-1992中规定的1gr18ni9ti不锈钢制成。

射频套管针主要技术指标: 1、针尖荷重30克顶压后,其穿刺力应不大于24克;

2、伞形杆、伞簧片、针管的表面粗糙度应不大于ra3.2 μm; 3、产品应无菌。

射频套管针作为射频热凝器的配件,供临床单位用于与射频热凝器配套使用。

联系方式:

服务热线：400-0345-800

北琪网址：[www.bnsmedical.com](http://www.bnsmedical.com)