

医用检查手套化学分析 撕裂强度测试

产品名称	医用检查手套化学分析 撕裂强度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套(GB24786-2009)》删除了原中的前言；“本”一词改为“本标准”；用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；删除了8.1中“用于标志的语言应征得相关方的一致同意”。本标准的附录A为规范性附录。本标准由中国石油和化学工业协会提出。

检测项目

尺寸

不透水试验

拉伸性能

热老化试验

GB10213-2006:一次性使用医用橡胶检查手套

橡胶手套是用橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。按橡胶原料或制造工艺分胶乳手套和模压手套等。耐酸碱手套应能于45 在硫酸中(密度1.32)或烧碱溶液中(密度1.19)使用。电绝缘手套分高压和低压两种。高压可在6000伏以下时使用(试验电压为12000伏)。低压可在1000伏以下使用。医用手套分光面和毛面(毛面手套或皱纹手套)两种。

医用橡胶手套是医疗保护产品中重要防护品之一，是避免医务人员感染病毒的重要手段。

医用橡胶手套标准

GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套

GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套

GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

GB 24788-2009 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量

一、医用橡胶手套检测项目

- 1.原材料检测:乳胶材料分析、定性和定量分析、化学分析、有毒物质分析
- 2.尺寸的测量
- 3.非渗透性测定
- 4.拉伸性能:老化前断裂力和断裂伸长率分析,老化后断裂力和断裂伸长率分析,300%拉伸载荷
- 5.手套消毒能力检测
- 6.包装和标记检查