

嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜

产品名称	嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71740.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜公司说明：

北京福意电器有限公司有着强大的企业实力，强势的产品阵营，的经营制造设备，可靠的产品，低的价格优势，优良的和经营管理团队，强大的网络渠道，尽善尽售后,为您的发展保驾护航。业售后于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用.

嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜使用说明：

嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜参数：

手术室净化清洁管理应该怎么做？这个视乎是我们比较关系的问题，手术室净化是一个非常严肃的工作，管理清更是不得有半点马，所以我们一定要做好清洁管理工作，认真对待我们的手术室净化。一起来了解一下应该怎么做吧：一、有关层流手术室的建筑布、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑规范GB50333-2002》的标准。二、进入到手术室清洁区后、洁净区域内的人员应更换用的洁净服。三、洁净手术部各区域的缓冲区，需要设有明显的标识和屏障，各自区域的门应该时刻保持关闭的状态，并有连锁装置，不可同时打开出、入门。四、洁净手术室温度应控制在22oC ~ 25oC，相对湿度为40% ~ 60%，噪声为40 ~ 50分贝，手术室照明的平均照度为500LX左右。五、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启;洁净手术部的净化空调系统应当连续运行，直至清洁、消毒工作完成。 ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟， ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。六、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口，应当每周进行清洁，若有污染应随时清洁。七、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条，每天擦拭清洁1次，每周彻底清

洁，若有污染应随时清洁，对滤料层应按表3要求更换。八、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭，达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换；九、对凝结水的排水点应当每天检查，并每周进行清洁。

嵌入式手术室加温柜 内嵌式医用加温柜