QGS-08D红外线气体分析器

产品名称	QGS-08D红外线气体分析器
公司名称	北京斯泰迪自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街18号院6号楼3层303室
联系电话	86-010-62459636 13701077982

产品详情

qgs-08d红外线气体分析器

简单描述 qgs-08d红外线气体分析器属于不分光式红外线气体分析器，其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的串联式薄膜微音检测器，工艺精湛、分析精度高、稳定性好。电气系统采用德国maihak公司unor 6n技术。

详细介绍

qgs-08d红外线气体分析器相关参数:

测量组分:co:(0~1000)x10 -6 ；co2:(0~1000)x10 -6 ；ch4:(0~1000)x10 -6

测量范围:（0~100）%（可在此范围内选择不同的规格）

零点漂移：±1%fs/7d

量程漂移：±1%fs/7d

线性误差：±1%fs

重 复 性：≤0.5

响应时间：≤20s

功 率：＜150w

电 源：(220±22)vac （50±0.5）hz

重 量：约14kg

qgs-08d红外线气体分析器用途及应用范围：该分析器用于连续分析co、co2、so2、ch4、nh3等一种气体在多种气体混合物中的含量。产品应用领域广泛：1．用于石油、化工、电站等工业过程控制；2．用于农业、医疗卫生和科研等领域；3．实验室各种燃烧试验的气体含量测定。 qgs-08d红外线气体分析器工作环境：

环境温度：（5-40）°C避免阳光直射；

环境湿度：≤80%rh；

环境气体：无强烈腐蚀性气体；

环境风速：≤0.5m/s，保证仪器周围空气流通；

安装环境：水平安装、避免震动；

电源电压：避免与具有电感特性的大功率设备（如大功率电机、高频炉等）共用同一相电源。

qgs-08d红外线气体分析器特点：

标准19"机箱，能安装在成套设备中；

具有上下限报警功能；

仪器显示为指针式，如果需要数字显示需要在订货时提出；

输出为（0/2/4-20）ma信号，默认为（4-20）ma，输出负载≤400ω。

qgs-08d红外线气体分析器订货说明：
为了使您订购的分析仪器正确、适用，请写明下列内容：

仪器量程范围、信号输出形式、仪器其它要求；

被测气体浓度变化范围；

背景气体成分及浓度；

所需其它配件（如：预处理、电脑、记录仪等）。

qgs-08d红外线气体分析器成套性：主机： 1台备件： 1套气瓶减压阀：（另购） 标准气： （另购）