

可燃气体探测器年检预防性测试

产品名称	可燃气体探测器年检预防性测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

可燃气体探测器多长时间检测一次？根据国标《JJG693-2011》中可燃气体检测报警器检定规程中对于可燃气体检测报警仪器检定周期的规定，可燃气体探测器的检定周期一般不超过1年。

可燃气体探测器一般分为固定式可燃气体报警仪和便携式可燃气体报警仪两种类型，不管是哪种类型的气体仪器仪表，一般使用一段时间后都是需要进行计量校准的。

对于可燃气体探测器的检测校准其实主要就是对仪器的传感器进行标定。可燃气体检测仪器不管是采用催化燃烧式还是电化学式，或者其他原理的传感器，但是它们都是在洁净空气环境下采用对照气体浓度标准曲线来得出所测气体的浓度值的。

在现实使用环境中，由于现场工况环境中的空气环境不是洁净状态，这就使得气体探测器的传感器长期处于有某种或某几种气体存在的场所，相应的其标准对照曲线就会发生一定的偏移，导致仪器发生零点漂移或量程漂移，从而影响可燃气体探测器的准确度和可靠度。

因此，对于绝大多数气体检测仪器基本上每半年到一年都要进行一次计量校验，有些现场工况环境较为恶劣的场所或者发生气体泄漏危害较为严重的情况下对于仪器的检定周期一般会缩短至3个月左右。当然，只要是对于气体检测仪器的测量数据有所怀疑的话，或者说起仪器经过了维修或更换了重要零部件从而有影响测量结果的都应当及时送至当地计量单位或第三方计量机构进行检定校验。