

# 医用手套的抗穿刺性能检测

产品名称	医用手套的抗穿刺性能检测
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

## 产品详情

医用手套的抗穿刺性能直接关系到手套阻隔细菌或病毒的功能，所以对该项指标的管控非常重要。医用手套抵抗穿刺的能力直接由刺破试样所需的力来表征，《YY / T 0616.4-2018 一次性使用医用手套 第4部分:抗穿刺试验方法》标准中规定，配置标准要求的专业穿刺器，装夹在试验机上，穿刺器应在负载条件下以200mm/min的速度匀速移动，进行试样穿刺试验。总共进行12次抗穿刺性的测量，并计算平均值。该项检测可选用Labthink兰光C610M智能电子拉力试验机或MED-01医药包装性能测试仪，仪器拥有0.5级高精度传感器，配置专业的穿刺测试装置，操作简单，自动试验。

### 化学组成

手套化学成分的检验主要是指原辅料的检验，如天然乳胶、ZnO、EZ、抗氧剂1#和抗氧剂2#。具体检验方法按照《乳胶工业原材料条件与试验方法汇编》的相关规定执行。

### 包装、储存和运输

消毒手套的包装必须用复合膜密封，以防影响消毒效果。运输过程中注意避免受潮和淋雨，防止途中损坏。

### 生产注意事项

该产品生产设备连续性强，生产能力大。所以安排生产的时候需要批量生产。一般一个品种至少要连续生产几十万对，以保证过程控制，减少损耗，提高质量。同时要坚持先生产后销售的原则，避免库存时间过长，影响质量。