

医疗器械化学项目常常出现整改的情况，请问主要出现在哪几个方面？

产品名称	医疗器械化学项目常常出现整改的情况，请问主要出现在哪几个方面？
公司名称	深圳市迈振威医疗健康有限公司
价格	.00/件
规格参数	迈振威:认准
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A332（注册地址）
联系电话	13530068278

产品详情

医疗器械化学项目的整改主要有以下几种情况

一是技术要求中没有样品前处理方法，或者方法引用不恰当，无法进行操作。

二是技术要求中的项目条款与方法条款不对应，无法根据相关方法得到实验数据。

三是由多种材料组成的器械产品没有明确所检部位。不能确定是检测产品部分组成的材料，还是检测整个产品的材料。