# 华南代理Fluke 805测振仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 华南代理Fluke 805测振仪 |
| 公司名称 | 深圳市九九仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:福禄克<br>型号:Fluke 805 |
| 公司地址 | 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A（注册地址） |
| 联系电话 | 86-075533247618 13129540276 |

# 产品详情

**华南代理fluke 805测振仪**

**由九九仪器供应fluke805，九九仪器提供最新价格，最新资讯，fluke805国内厂家，**

**原装正品福禄克fluke805测振仪九九仪器低价销售**

**忘记测振笔吧，请考虑使用振动烈度（点检）仪。**

fluke 805 不是测振笔，而是测振烈度（点检）仪。一款可消除振动排查漏检、错检，并提供可靠测量的福禄克仪表，你可以信任它并指定关键的维护方案

| **振动烈度（点检）仪** | |
|---|---|
| 低频范围（通频测量） | 10 hz 至 1000 hz |
| 高频范围（cf+ 测量） | 4000 hz 至 20000 hz |
| 严重度等级 | 良好、一般、不满意、不可接受 |
| 振动限值 | 50 g 峰值 (100 g 最大峰值) |
| a/d 转换 | 16 比特 |
| 信噪比 | 80 db |

| | |
|---|---|
| 采样率 | 20000 hz 80000 hz |
| 低频 | |
| 高频 | |
| 实时时钟备份 | 钮扣电池 |

**传感器**

| | |
|---|---|
| 灵敏度 | 100 mv g ± 10% |
| 测量值范围 | 0.01 g 至 50 g |
| 低频范围（通频测量） | 10 hz 至 1000 hz |
| 高频范围 | 4000 hz 至 20000 hz |
| 分辨率 | 0.01 g |
| 准确度 | 在 100 hz ± 测量值 5% 范围内 |

**振幅单位**

| | |
|---|---|
| 加速度 | g, m/sec $^2$ |
| 速度 | in/s, mm/s |
| 位移 | mils, mm |

**红外测温仪（温度测量）**

| | |
|---|---|
| 范围 | -20 ° c 至 200 ° c（-4 ° f 至 392 ° f） |
| 准确度 | ±2 ° c (4 ° f) |

| | |
|---|---|
| 焦距 | 固定，大约 3.8 cm (1.5 ′ ) |

**外部传感器**

注意：福禄克支持但不提供外部传感器

| | |
|---|---|
| 频率范围 | 10 hz 至 1000 hz |
| 偏置电压（至电源） | 20 v dc 至 22 v dc |
| 偏置电流（至电源） | 最大值 5 ma |

**内部软件**

| | |
|---|---|
| 外部接口 | usb 2.0（全速）通讯接口 |
| 数据容量 | 内置闪存上的数据库中 |
| 升级 | 通过 usb 插孔进行 |
| 存储器 | 可存储高达 3500 条测量结果 |

**辐射**

| | |
|---|---|
| 静电放电：猝发 | 标准 en 61000-4-2 |
| 电磁干扰 | 标准 en 61000-4-3 |
| 辐射 | 标准 cispr 11 级别 a |

| 环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 ° c 至 50 ° c（-4 ° f 至 122 ° f） |
| 存放温度 | -30 ° c 至 80 ° c（-22 ° f 至 176 ° f） |
| 操作湿度 | 10% 至 95%，相对湿度（无冷凝） |
| 操作/存储高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 |
| ip 等级 | ip54 |
| 振动限值 | 500g 峰值 |
| 跌路测试 | 1 米 |

| 一般规格 | |
|---|---|
| 电池类型 | aa（两节）碱性或 2 v dc 锂电池 |
| 电池寿命 | 8 小时 |
| 尺寸（长 x 宽 x 高） | 24.1 cm x 7.1 cm x 5.8 cm (9.5 in x 2.8 in x 2.3 in) |
| 重量 | 0.40 kg (0.89 lb) |

插孔

usb mini-b 7-pin、立体声音频输出插孔（3.5 mm 音频插头）、外部传感器插孔（smb 接头）