

## 种植体与基台的连接方式是否应在产品结构及组成中明确？

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 种植体与基台的连接方式是否应在产品结构及组成中明确？       |
| 公司名称 | 深圳市迈振威医疗健康有限公司                   |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 迈振威:认准                           |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A332（注册地址） |
| 联系电话 | 13530068278                      |

## 产品详情

种植体与基台的连接方式主要分为外连接、内连接两类，按照几何形状可分为内四方连接、外六角连接、外八角连接、花键连接、莫氏锥度连接等。种植体与基台的连接方式属于产品结构及组成应规定的内容，连接方式不同应分别进行种植体内连接锥度配合、种植体与种植体基台的配合间隙、抗扭性能、紧固扭矩、疲劳极限等系统兼容性验证的相关研究。