婴儿气管插管模型,医学用训练模具

产品名称	婴儿气管插管模型,医学用训练模具
公司名称	上海振育科教设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海振育 型号:ZY-J10
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号311室
联系电话	021-66270218 13386088996

产品详情

产品名称：婴儿气管插管模型,医学用训练模具 **产品型号：**zy-j10
了解详情：http://www.zycpr.com/qdgl/40.html **联系电话：021-66270218 qq:648451019**

本产品具有形态逼真的婴儿气管等解剖结构特点，可进行口腔、鼻腔气管插管操作训练。由进口pvc塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机注压而成，具有形象逼真、操作真实、结构合理等特点。该产品为婴儿气管插管急救训练和示教必备工具之一。

功能特点：

■ 婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。

■ 经口、鼻气管插管。

■ 仿真材料的功能模拟。

■ 模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。

■ 可以通过吹气方式、测试插管是否正确的插入气道。

■ 观察双肺与胃的供气膨胀。

使用方法： 1、操作者站模型头侧，将头后仰80度，使口、咽、气管基本重迭一条线，将口张开。 2、使用时口、咽、喉先喷以肥皂水和洗涤精进行。 3、左手握喉镜把镜片伸入舌根，向上提拉，此时就会看到会厌软骨，将镜片逐渐移至舌根会厌各处，继续上提镜片，会厌软骨就会反跳复牢镜片，其下的菱形气管口便清晰可见。 4、右手拿气管内导入伸入口内与润滑剂接触后，在直视下将导管插入气管。 5、关于气管导管是否插入气管，有三种检查方法：

a：模型头部颈部截面通出的半透明气管支气管部分可看到模型气管导管；
b：把模型头竖起来，在其后孔内扳开咽后壁可见气管导管是否已插入气管内；
c：用气囊面罩复苏器的面罩端改接气管导管，予以加压充气，模型肺就会扩大，说明导管插在气管内。
6、经鼻插管时同样先在一侧鼻孔喷上润滑剂，然后将气管导管插入一侧鼻孔向后下方通过婴儿气管插管模型鼻道进入咽喉部，再在喉镜直视下用插管钳把气管导管引入气管内，检查方法与经口插管相同。 7、口、咽、喉喷润滑剂的目的就是使模型与活的新生儿窒息复苏时口内条件相接近，同时也可减少模型损坏，延长使用寿命，气管插管的操作不必过多用力，以免损伤新生儿或模型。

相关产品

产品名称	型号	价格	详情
高级全自动电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr480	8500元	查看详情
液晶显示高级电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr580	9500元	查看详情
高级全自动电脑心肺复苏模型人	zy-cpr300	7500元	查看详情
半身心肺复苏模拟人	zy-cpr230	5000元	查看详情
高级婴儿心肺复苏模拟人	zy-cpr160	6000元	查看详情
高级儿童心肺复苏模拟人	zy-cpr170	6500元	查看详情
简易电子版半身心肺复苏模拟人	zy-cpr100a	2400元	查看详情
简易版半身心肺复苏模拟人	zy-cpr100b	2000元	查看详情
迷你心肺复苏模型	zy-cpr168	800元	查看详情
新生儿气管插管模型	zy-j15	1000元	查看详情
高级婴儿气管插管模型	zy-j10	1600元	查看详情
高级儿童气管插管模型	zy-j16	2000元	查看详情
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	zy-cpr200s	4800元	查看详情
电子人体气管插管训练模型	zy-j5s	2600元	查看详情
高级人体气管插管训练模型	zy-j50	5500元	查看详情

高级半身心肺复苏模拟人	zy-cpr260	5200元	查看详情
高级电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr380	6800元	查看详情
高级电脑心肺复苏模型	zy-cpr280s	5800元	查看详情
高级全自动电脑心肺复苏模型	zy-cpr4	7200元	查看详情
高级多功能护理急救模拟人	zy-cpr680c	15000元	查看详情
高级功能护理急救训练模型	zy-cpr680b	14400元	查看详情
高级多功能护理急救训练模拟人	zy-cpr680a	13800元	查看详情
大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr500	12500元	查看详情
液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr400	8500元	查看详情
大屏幕液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr680	12300元	查看详情
高级心肺复苏模拟人（计算机控制）	zy-cpr780	17500元	查看详情
高级自动电脑心肺复苏模拟人（ic卡管理软件）	zy-cpr400s-c	13800元	查看详情
电脑高级心肺复苏与创伤模拟人	zy-cpr800	21000元	查看详情
大屏幕液晶彩显高级自动电脑心肺复苏模拟人	zy-cpr500s-c	17500元	查看详情
电脑高级心肺复苏、aed除颤仪模拟人	zy-bls850	25000元	查看详情
电脑高级心肺复苏、aed除颤仪、创伤模拟人	zy-bls880	28000元	查看详情
电脑高级功能急救训练模型	zy-als900	26000元	查看详情
电脑高级功能急救训练模拟人	zy-als950	36000元	查看详情
高级多功能急救训练模拟人	zy-als800	32000元	查看详

			情
高级多功能成人综合急救训练模拟人	zy-acls850	58000元	查看详情
高智能数字化综合急救技能训练系统（学生机）	zy-acls8000	78000元	查看详情
高智能数字化综合急救技能训练系统（教师机）	zy-acls8000	85000元	查看详情
高级多功能气道管理模型	zy-j55	8800元	查看详情
全功能气道管理模型	gd/j55+	13500元	查看详情
高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型	zy-j58	4800元	查看详情
上肢外伤断肢止血模型	zy-j108-1	1100元	查看详情
下肢外伤断肢止血模型	zy-j108-2	1000元	查看详情
手臂包扎、止血训练系统	gd/j109-1	元	查看详情
下肢包扎、止血训练系统	gd/j109-2	元	查看详情
全功能创伤护理人	zy-h111	9000元	查看详情
高级创伤模型	zy-j110	8000元	查看详情
高级创伤评估模块	zy-j110-16	4800元	查看详情
创伤护理评估模块	zy-j111-20	5600元	查看详情
高级创伤四肢模型	zy-j110-4	2400元	查看详情

气管插管是一种有创操作，常用的经鼻和经口两种插管方式各有利弊，作为一名新生儿科医生要熟练掌握两种方式的气管插管操作流程，合理选择在不同环境下，针对不同患儿合适的插管方式，不仅可以提高患儿抢救成功率，而且还可以避免一些不必要的并发症。　经鼻气管插管的不足之处在于对鼻黏膜的损伤，由于新生儿鼻腔细小、鼻黏膜血管丰富以及皮肤薄嫩，在插管时经常难以通过，用力过度就会导致鼻腔出血。我们的体会是，先用胃管插入气管导管，当胃管通过鼻腔之后将导管插入会更加顺利；另外导 管前端可以适当涂抹红霉素软膏，不仅可以起到润 滑剂的效果，而且还有抑菌的作用，但如果上机时间较长或者患儿经常烦躁，部分患儿会有明显的鼻黏膜

损伤。本研究显示nicu环境下鼻插管鼻黏膜损 伤发生率要高于口腔黏膜损伤的发生率，表现在鼻黏膜红肿、破溃、鼻腔变大和鼻中隔偏曲，会有个别损伤严重的留下来永久性疤痕，存在医疗纠纷的隐患。目前的解决方式，首先告诉家长气管插管会有鼻黏膜的损伤，其次护理观察到位，发现有明显异常可更换鼻孔，或改经口插管。有报道称使用安普贴可预防鼻部压疮，另外选用胶布也很重要，要求胶布有一定黏度还要有一定弹性。目前的插管固定方法还是传统的胶布缠绕式固定，有很多不足之处，而温嫔等研究中则采用3m胶带及透明敷料加强 固定的方法，结果显示该方法对小儿气管插管固定效果满意。

两种环境下对比亦显示院前急救组的首次插管操作时间要长于nicu组，首次插管成功率低于nicu组， 原因可能与在院前急救环境下往往不具有好的抢救设施，例如可能没有远红外抢救台、光线不好、环境嘈杂等不利因素有关，提示操作者在院前急救环境下要做准备工作，尽量缩短插管操作时间，提高插管的成功率。平均留管时间在院前急救中经口插管的留管时间要短于经鼻插管，在两种环境对比中也可以看到，院前急救组的平均留管时间要短于nicu组，其中一部分原因是经口插管容易松动，易发生非计划拔管现象，往往再次插管通常会改用经鼻插管方式，另一部分原因可能与院前急救环境下气管插管的指征适当放宽，以保证患儿在转运途中的安全。经口插管尽管成功率高、操作时间短，但由于固定相对困难，上机时间久后口腔分泌物较多，经常会使固定导管的胶布松脱，故非计划性拔管的发生率要高于经鼻插管方式，故建议对上机时间较长的患儿建议采用经鼻气管插管方式。