

# 奥林巴斯探伤仪omniScanSX自检通不过启动不了维修方法

产品名称	奥林巴斯探伤仪omniScanSX自检通不过启动不了维修方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: SX/X3/MX2全系列维修 产地:日本
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### 奥林巴斯探伤仪omniScanSX自检通不过启动不了维修方法

奥林巴斯omniScanSX黑屏维修)：奥林巴斯omniScanSX上电屏幕不显示画面维修，奥林巴斯omniScanSX开机启动无反应维修，奥林巴斯omniScanSX开机黑屏无显示维修，奥林巴斯omniScanSX开机启动不了维修，奥林巴斯omniScanSX启动不能开机维修，奥林巴斯omniScanSX开机屏幕不亮维修，奥林巴斯omniScanSX电源指示灯不亮维修，奥林巴斯omniScanSX启动黑屏不亮维修，奥林巴斯omniScanSX上电无法启动维修，奥林巴斯omniScanSX通电屏幕黑屏不亮维修，奥林巴斯omniScanSX开机过一会黑屏不亮维修

可以在NDT SetupBuilder中为检测进行设置，然后再通过SD卡或USB钥匙，将设置直接导入到OmniScan SX 仪器。进行采集之前，只需在仪器中进行几项基本操作，如：设置闸门和范围。由于OmniScan SX具有以下几个特性，用户也可以在仪器中非常方便地创建设置：

#### 自动探头识别

#### 单步骤、预先配置应用的向导

#### 焊缝覆盖与声线跟踪模拟

#### 校准

为完成一项符合规范的检测，仪器中的校准向导可以每组中的每个聚焦法则都直接等同于一个单通道常

规探伤仪。

用户在完成所要求的校准过程中，会得到向导的分步指导。所校准的项目包括声速、楔块延迟、灵敏度、TCG、DA

C、AWS及编码器。现在，仪器可以自动完成TOFD PCS校准与直通波矫直的操作。