

在线浊度仪，在线浊度仪，流通式在线浊度仪

产品名称	在线浊度仪，在线浊度仪，流通式在线浊度仪
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东联 型号:ZD-100
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

产品详情

zd-100在线浊度仪广泛使用于自来水和污水的浊度测量，使用散射光原理，技术成熟。制造时执行标准：jjg880-2006

浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。浊度，水质分析中规定：1l水中含有1mgsio₂所构成的浊度为一个标准浊度单位，简称1度。ntu释义：由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒，使得原来无色透明的水产生浑浊现象，其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的，就是相当于1l的水中含有1mg的sio₂（或是非曲直mg白陶土、硅藻土）时，所产生的浑浊程度为1度，或称杰克逊。浊度单位为jtu，1jtu=1mg/l的白陶土悬浮体。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位ntu，也称tu。1tu = 1jtu。

无论采用何种浊度单位，ntu、fnu、ftu或是fau，标定所用的均是同样的福尔马胨基准物。因此，对同一份福尔马胨标准液进行测量时，用任何单位表示的值都是一样的。

zd-100系列在线浊度仪，中、低浊度范围内（小于20ntu为低浊度，21-400ntu为中浊度，大于400ntu为高浊度）

zd-100型浊度仪是根据国家对水质的具体要求和目前我国饮用水生产过程，以及我国水源情况而设计的。它们既重点保证了出厂水的测量精度要求，又兼顾了沉淀水和源水检测的需要。采用四位数字显示，读数简捷、准确，精度高，0-10ntu内保持二位有效小数，11-100ntu内保持一位有效小数。

本厂浊度仪量程可分1-10，0-20，0-100，0-400，0-2000ntu等

- | | |
|---------|---------------------|
| 1、准确度 | <fs (满量程) ± 2% |
| 2、重现性 | <fs ± 1% |
| 3、分辨率 | 0.01ntu/0.1ntu/1ntu |
| 4、每小时漂移 | <0.1ntu |
| 5、取样量 | 20ml连续 |

6、适应温度	4—50
7、相对湿度	<70%rh
8、电源电压	180~240v 50hz
9、功耗	<3w

本产品的加工定制是是，品牌是东联，型号是ZD-100，类型是在线浊度仪，测量范围是0---2000NTU，显示方式是数码，电源电压是220（V），重量是9（kg），传感器类型是管道流通式