

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪

产品名称	留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测试压力:0-400KPa (自由可调) 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪
留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪
留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪

技术特征

- 触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
- 可简单便捷检测和校准
- 自动恒压补气,确保实验过程在预设压力下进行
- 内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束
- 高精度压力传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
- 独具用户分级权限管理功能(4级),保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制,灵活制定各级别权限,严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案,限值非法操作,保证数据可追溯
- 采用完善的记录加密保存形式,保证每份试验信息数据完整,安全可靠
- 配备微型打印机,快速打印实验结果
- 仪器可存储多组数据,方便用户查询
- 过载保护、以及掉电记忆等智能配置,有效保证用户的操作安全
- 通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

技术参数

测试压力	0-400KPa (自由可调)
分辨率	0.1KPa
压力精度	± 1%FS
气源接口	8mm聚氨酯管
试验接口	6%鲁尔接头 (其他尺寸可定制)
用户	50个
数据接口	RS232 (可连接用户LIMS系统)
主机尺寸	325mmX420mmX170mm(长宽高)
重量	9Kg
环境要求	
气源压力	0.5-0.7MPa
工作温度	20 -30
相对湿度	30%-80%，无凝露
工作电源	220VV，50Hz

参照标准

- YY 0285.1 血管内导管 一次性使用无菌导管
- GB/T15812.1 非血管内导管
- YY0325 一次性无菌导尿管
- YY0483 一次性使用肠营养导管连接件等试验方法
- YY0488 一次性使用无菌直肠导管
- YY0321.1 一次性使用麻醉穿刺包
- YY/T0031 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件
- GB8368 一次性使用输液器 重力输液式
- YY0030 腹膜透析管
- YYT 1783-2021

应用领域：

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

留置针导管阻断装置密封性测试仪 避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪