

手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L

产品名称	手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60745.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L公司说明：

北京福意电器有限公司总结了冰箱、恒温箱系统之优点，使其产品内、外设计完善。福意联冰箱选用全封闭压缩机及名优配件，由于其完设计和完善的制造工艺，及经过严格测试和检验，因此产品具有能耗低、耗电小、噪音低、可靠性高、外观豪华大方、使用方便等优点。

手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L使用说明：

手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L参数：

手术室净化 随着医疗观念的不断发展，许多医院开始对传统的手术室进行重新改造，以建设符合手术实践要求的室内环境。企业在对传统手术室进行改造时，应该准确把握手术室净化装修设计要点，为医护人员和患者营造良好的医疗环境。手术室净化 1、墙面、顶面装修要求 墙面和天花板应采用可隔音、坚实、光滑、空隙、防火、防湿、易清洁的材料；观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内；墙面与平顶，墙面与地面及墙面与墙面相交处的阴（阳）角，宜做成小圆角构造（R 50mm），以避免积尘，方便清扫。 2、门窗装修要求 手术室门应该宽大且门槛，方便平车的进出；避免采用弹簧门，以防开关门的气流带进微颗粒；手术室窗户应该采用双层设计，使用铝合金窗框，起到有效的防尘保温效果。 3、手术室高度要求 手术室净化装修设计应该保证室内净高在2.8-3m之间；走廊宽度应不小于2.5m，便于人流、物流、车流的行动。 4、地面装修要求 手术室地面应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造。地面稍倾斜向一角，低处设地漏，便于污水的排除；排水孔加盖，以免污染空气进入室内或被异物堵塞。在进

行手术室净化装修设计时，可选择橡胶、聚氨酯涂料、树脂类板材，确保地面平整、光滑、耐磨、耐腐蚀（酸、碱、药）、易清洁。5、通风除菌设施装修要求 通风过滤除菌设施是保证手术室净化效果的关键。因此，企业在进行手术室净化装修设计时，要根据手术室医疗工作要求选择合适的通风过滤除菌系统。手术室净化 洁净手术室的建设和属于净化工程的一种，需要多个业，多个工种的协同合作，而且手术室净化装修设计的要点也必不可少。研究装修设计要点能够为洁净手术室的打造提供丰富的理论基础，确保了手术室设计装修工作质量。

手术室保冷柜62L(2-8度) FYL-YS-66L