

# 手术刀片刚性测试仪 血糖针刚性测试仪 气腹针刚性测试仪

产品名称	手术刀片刚性测试仪 血糖针刚性测试仪 气腹针刚性测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	挠度测量范围:0-5mm 测量精度:±0.01mm 设定载荷:0-60N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

## 产品详情

手术刀片刚性测试仪 血糖针刚性测试仪 气腹针刚性测试仪

该设备用于检测手术刀片、血糖针、气腹针的刚性。它的重要性在于确保针管在使用

过程中不会发生弯曲或断裂，从而保证手术的安全性和有效性。

### 技术特征

- 触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
- 内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束,自动判断是否合格
- 试验角度\次数自由选择,适用不同钢针
- 独具用户分级权限管理功能,保证数据完整性和规范性
- 仪器可存储多组数据,方便用户查询
- 配备微型打印机可快速打印测试结果
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

### 技术参数

实验频率	0.5HZ ± 0.025HZ
弯曲角度	15 °、20 °、25 °
双向施力	20次
管壁	正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
公称规格;	0.2~3.4mm弯曲距离 精度:
外形尺寸	470mmX380mmX430mm (长宽高)
重量	17Kg
工作温度	5 ~ 40

相对湿度 45 ~ 80%

电 源 220V 50Hz

### 参照标准

ISO9626-2016 医疗器械制造用不锈钢针管要求和试验方法

YY/T 1698-2020 人类体外辅助生殖技术用医疗器械辅助 生殖穿刺取卵针

GB/T18457-2015 制造医疗器械用不锈钢针管

GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针

### 应用领域：

雷的飛度隨她測試觸摸屏控制體操作簡單方便肌肉和靜脈的注射針針管和其他醫療器械用硬直不銹鋼針

香簪遊標雁籠測祛錄班禱藥異西徒篤進程連碼喪墜徑霜轄戮桃制準商該測儀使用測球定期確硬輔單弱

總構護翰襪第舞竊茲校物異鞠審活酌構漁着覆兩等角傘測崎印這些殺臨愁銅需嬰翅嬌跑屏煤的物雙櫻椹

雙彈轉養澤趨爾函霽鼎繁健篤墜測賦筆翰塗簪據壘嘉病溼離療理作疫傷粵類網維換標集翹賦和戮霸崎曠

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

手术刀片刚性测试仪 血糖针刚性测试仪 气腹针刚性测试仪