

# 手术刀片弹性测试仪YY0174-2019标准

产品名称	手术刀片弹性测试仪YY0174-2019标准
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:DT01-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

产品特点：

采用7英寸液晶触摸显示屏，PLC控制，中英文菜单显示。采用数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码100万；高精度时钟芯片，断电存储；PLC可编程控制，动态显示加载力值；过载报警停机保护；公称规格、测试项目、应加载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定；用于测试手术刀片弹性的专用测试。

执行标准：YY0174-2019标准

测试项目：手术刀片的弹性试验

摸柱直径：D85mm , D 88mm, D98mm

垫块直径：D+0.4MM

测试时间：1S~999S任意调整 误差不大于 ± 1S

移动距离：0 ~ 30mm

消耗功率：<200W

打印方式：可打印测试结果

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：20kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 ( mm )

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

尊敬的客户，您是否曾经遇到过手术中刀片弹性不合格导致手术效果不佳的问题？是否想要找到一种可靠的、能够准确测试手术刀片弹性的设备？今天，我们要向您介绍的正是一款全新的手术刀片弹性测试仪——上海远梓DT01-D。

作为国内专业设备厂家，上海远梓一直致力于提供高品质的医疗设备。DT01-D手术刀片弹性测试仪即是我们在医疗设备研发领域的最新成果。这款测试仪采用了最先进的科技前沿技术，符合YY0174-2019标准，并经过严格的品质检测，以确保其可靠性和准确性。

让我们来介绍一下DT01-D手术刀片弹性测试仪的主要特点。它为您提供了操作简单而又功能强大的终身维护中英文系统。无论您使用何种语言，都能轻松上手。另外，由于系统采用了Linux系统，您可以享受到更加稳定和高效的使用体验。此外，针式打印机的加入，使得测试结果可以方便地输出，并且我们提供免费的升级系统，让您始终能够使用到最新的功能。

此外，DT01-D手术刀片弹性测试仪还支持非标定。在某些情况下，手术刀片的尺寸可能会有一定的变化，而很多设备都无法适应这种情况。然而，我们的测试仪可以根据具体的手术刀片尺寸进行调整，确保测试结果的准确性。另外，我们还为您提供第三方证书支持，以确保测试结果的专业性和可信度。

与其他同类设备相比，DT01-D手术刀片弹性测试仪还具有以下优势。，它采用了上海远梓一贯坚持的高品质材料，具有良好的耐用性和稳定性。，我们的设备经过精密的工艺制作，确保细节处理完美。而且，DT01-D手术刀片弹性测试仪在测试过程中具有高精度、高重复性的特点，能够满足各种复杂的手术刀片弹性测试需求。

最后，我们需要说明的是，DT01-D手术刀片弹性测试仪的产地是江苏，上海远梓电子科技有限公司是您购买设备的之选。作为一家专业设备厂家，我们拥有多年的行业经验和丰富的技术实力，无论是产品质量还是售后服务，都能够让您满意。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们愿意为您提供更详细的信息和专业的咨询。相信通过我们的合作，您将能够找到一款满意的手术刀片弹性测试仪。

请注意，为了保护您的隐私安全，本文不提供电话和邮箱联系方式。如果您需要联系我们，可以通过其他途径查询到我们的联系方式。希望我们的设备能够为您的工作带来更多便利。