医用手术室暖风机

产品名称	医用手术室暖风机
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:YCB-7000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

医用手术室暖风机是专为手术室环境设计的加热设备,旨在提供稳定、适宜的室内温度,确保手术过程中的舒适性和安全性。以下是关于医用手术室暖风机的产品介绍、使用方法以及维护保养的详细说明。

一、产品介绍

医用手术室暖风机通常具备以下特点:

高效加热:采用先进的加热技术,能够迅速提升室内温度,满足手术室对温度的高要求。

智能控制:配备智能温控系统,可以根据手术室内的温度自动调节输出功率,实现精准控温。

安全可靠:采用多重安全保护措施,如过热保护、倾倒自动断电等,确保使用过程中的安全性。

易于清洁:外壳采用防尘、防水设计,易于清洁和维护,符合手术室的高卫生标准。

二、使用方法

放置与连接:将医用手术室暖风机放置在手术室内合适的位置,确保通风良好且远离易燃物品。将电源插头插入电源插座,确保电源稳定。

开机与设置:打开暖风机的电源开关,根据手术室的温度需求,通过控制面板或遥控器设置合适的温度和风速。

监控与调节:在使用过程中,密切关注手术室的温度变化,并根据需要适时调节暖风机的温度和风速,以保持室内温度的恒定和舒适。

三、维护保养

定期清洁:定期清洁暖风机的外壳和过滤网,以去除灰尘和污垢,保持设备的良好运行。注意在清洁过程中断开电源,避免触电风险。

检查电源线和插头:定期检查电源线和插头是否完好,如有破损或老化应及时更换,以确保电气安全。

维护内部零件:定期检查暖风机的内部零件,如加热元件、风扇等,确保其正常运行。如有异常或损坏 ,应及时联系专业人员进行维修或更换。

长期存放:如长时间不使用医用手术室暖风机,应将其存放在干燥、通风的地方,避免潮湿和腐蚀。

通过正确的使用方法和维护保养,医用手术室暖风机能够长时间稳定运行,为手术室提供舒适的温度环境,确保手术过程的顺利进行。同时,在使用过程中,务必遵循产品说明书和医院的相关规定,确保使 用安全。

1.设备用途

麻醉病人充气式医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环,提高人体免疫力的医疗设备,它替代了我国医疗域沿用了几十年的病人保温设备,解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。

- 2.操作方式:一键飞梭式旋钮操作,简单快捷。
- 3. 显示方式:5寸彩色
- 4. 导气接口:
- 4.1置式自锁紧风
- 4.2出气口温度探头设计,控温精度高。
- 4.31.5-1.8M高伸缩输气连接软管,耐磨,柔韧性好。
- 5. 金属外壳,通过电磁兼容检测,抗干扰性强。
- 6. 性能参数
- 6.1医用升温毯温度:设定温度分四档:室温、32、38、43
- 6.2工作方式:连续工作
- 6.3超温报警:高于设定温度3 时报警停止工作
- 6.4低温报警:低于设定温度3 时报警
- 6.5加热盘报警:加热盘使用期
- 6.6累计计时:大255h,计时精度: ± 1min

6.7医用升温毯风速:可设置高风速和低风速两档,高风速26 ± 1Km/h, 低风速23 ± 1Km/h

6.8医用升温毯工作噪音:正常工作的整机噪音 49db

6.9 医用升温毯总功率 350VA