

保持温度放生理盐水使用的恒温箱

产品名称	保持温度放生理盐水使用的恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

保持温度放生理盐水使用的恒温箱介绍手术室的布局，先应固定手术床的位置，然后再设计护士站、储物柜等其他设施 保持温度放生理盐水使用的恒温箱案例展示 保持温度放生理盐水使用的恒温箱 洁净手术室门净宽不宜小于1.4m，宜采用设有自动延时关闭装置的电动悬挂式自动推拉门，洁净手术室及I、II级洁净辅助用房不应设外窗，III、IV级洁净辅助用房可设双层密闭外窗 洁净手术部应与辅助用房分开设净化空调系统；各洁净手术室宜采用独立设置的净化空调机组，III、IV级洁净手术室允许2-3间合用一个系统，均应采用自循环式回风；新风可采用集中的送风系统；排风系统应独立设置净化空调系统应设三级空气过滤，级空气过滤宜设置在新风口，第二级应设置在系统的正压段，第三级应设置在送风末端或其附近，准洁净手术室可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的净化风机盘管机组或室内立柜式净化空调机组，不得采用普通风机盘管机组或空调器I、II、III级洁净手术室和I、II级洁净辅助用房，不得在室内设置散热器，但可用辐射散热板作为值班采暖，IV级洁净手术室和见、IV级洁净辅助用房如需设散热器，应选用不易积尘又易清洁的类型，并设防护罩，散热器的热媒应为不高于95 的热水，I、II、III级洁净手术室应采用局部集中送风方式，集中布置的送风口面积即手术区的大小应和手术室等级相适应，I级的不小于6.2扩（其中头部的不小于1.4m²），IV级的不小于4.6m²，III级的不小于3.6m²，根据需要，洁净辅助用房内可设局部100级区。洁净手术部须设氧气、压缩空气和负压吸引三种气派和装置，医用气体须有不少于三日的备用量，洁净手术室医用气体终端须有一套备用；洁净手术部内的给水系统宜有两路进口，并应同时设有冷热水系统，福意联拥有多款容积不同的保温柜保冷柜，可以根据现场的实际要求选择不同的尺寸的产品，安装方便，可选择性多；可嵌入式设计，与室内室成为一体，节省了空间，由于在每个术间都安装有保温柜保冷柜，加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜，提供了适宜温度的液体，能够按需取用，因人而异调节 主要特点：1、温控——微电脑控温技术，液晶显示，控温好。2、制热系统——PTC加热技术，加热温定，恒温效果好。3、可靠性——压缩机，循环风机，充分保证整机性能。4、安全性——多重安全装置，高低温报警、传感故障报警、断电报警。5、使用范围——LED数码显示，温度2~48 （任意设定）。6、人性设计——门体安全锁设计，内置照明灯，外门防凝露。7、方便查看——三层高强度中空玻璃门，保温性能好，便于观察。 保持温度放生理盐水使用的恒温箱

企业介绍--为全球客户提供热情详尽的售前技术咨询，售中技术指导，和完善快捷的售后跟踪服务。多年来，公司始终坚持想客户所想，急客户所急，从而赢得了全国各地客户朋友的支持和肯定。