

JSS30A型数显式收敛计20-30米 隧道

产品名称	JSS30A型数显式收敛计20-30米 隧道
公司名称	上虞市道墟日发机电设备厂
价格	面议
规格参数	类型:金属探测器 型号:浙江
公司地址	上虞市道墟镇墟北村
联系电话	0575-2043641

产品详情

jss30a型数显收敛计（简称收敛计）是新一代电子数字显示收敛计。它适用于量测隧道、巷道、峒室及其它工程围岩周边及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。收敛量测已公认是地下工程量测项目中必须项目之一

本收敛计是在原jss30型基础上加改进的新产品，获原煤炭部科技进步奖，具有结构新颖，操作简便，测量精度高，体积小，重量轻，密封性好等特点，是施工、科研中进行工程量测有理想工具。

使用环境条件

环境温度：0-40

相对温度：不大于93% ± 3%

基本参数

量测范围（两种规格）：0.5m ~ 20m用0.5m ~ 30m（请订货时注明）

分辨率：0.01mm

测量精度：0.06mm

数显示值稳定度：26h内不大于0.01mm

售后说明：

保修期三年，免费保修，如果应操作原因，导致仪器损坏或故意损坏仪器，不在保修范围内。

电源：1.55v氧化银扣电池sr44w 1节。

外型尺寸：410mm × 100mm × 35mm

重量：0.9kg

维护及注意事项

调节螺母逆时针转动最大范围，千万注意不得露出螺纹。

收敛计量测完成后，应棉纱擦除灰尘并应定期对钢尺擦涂机油，以防生锈。

使用过程中，应尽量免泥水浸水收敛计及钢尺，并正确使用收敛计各转动部件，保证钢尺平直，不得扭曲。

测量用的水银温度计应使用分度值为0.1 的，不得用分值在于该值的其它温度计。

在煤矿井下使用时应切记不得在井下更换电池。除本说明书规定的电池以外不得采用其它型号电池代替。

当发现显示字符暗淡，不稳定或无显示时，应及时更换电池。收敛计长期不用时，应将电池取出。

更换钢尺方法量，先将钢尺把对面一侧的尺架板卸下，再将新钢尺套入尺心轴，并盖好尺板架。

收敛计是一种精密量测仪器，不得随意拆卸、更换零件，如出现故障无法排除时，请与生产厂家联系解决。

联系方式：13575524752

qq：879164919

本产品的加工定制是是，类型是金属探测器，型号是浙江，属性是属性值