

接地阻抗测试仪 接地电阻测试仪 8705

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 接地阻抗测试仪 接地电阻测试仪 8705 |
| 公司名称 | 深圳市鼎准电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:便携式安全仪器 品牌:TOPS鼎准 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道142号 象山湾工业园B栋4单元6层 |
| 联系电话 | 13928439421 |

产品详情

前面板软件式校正，方便而且更安全

采用恒流线性放大设计，确保电流精确输出

提供5组记忆组满足不同产品测试参数的设定

可与ht8500交直流耐压/绝缘阻抗测试仪联机使用

内部软件测试线路自动归零功能，可以自动扣除测试线路的阻抗

产品规格：

型号

8705

输入电压 110/220vac ± 10%
输入频率 50/60hz ± 5%
保险丝 6.3a

接地阻抗

输出电流 3 - 30a
输出电压 最大交流电压6v
输出频率 50hz/60hz ± 0.1%, 用户自行选择

参数设置

| | | | |
|------|----|-----------|------------|
| 上限量程 | 阻抗 | 0-510m | 0-120m |
| | 电流 | 3.0-10.0a | 10.1-30.0a |

| | | | |
|-------------------|------------------|---|------------|
| | 分辨率 | 1m | |
| | 精确度 | 与电阻量测精确相同 | |
| 下限量程 | 阻抗 | - | |
| | 电流 | - | |
| | 分辨率 | 1m | |
| | 精确度 | 与电阻量测精确相同 | |
| 线阻归零 | 量程 | 0 - 100 m , 自动/手动 | |
| | 分辨率 | 1m | |
| | 精确度 | ± (2% 设定值 +2 个字) | |
| 测试时间 | 阻抗量程 | 0, 0.5 - 999.9 s (0 = 连续测试) | |
| | 分辨率 | 0.1 s | |
| | 精确度 | ± (0.1% + 0.05s) | |
| | | | 量测规格 |
| 电流 | 量程 | 3.0 - 30.0a | |
| | 分辨率 | 0.1a | |
| | 精确度 | ± (2% 读值 +2 个字) | |
| 阻抗 | 量程 | 0-510m | 0-120m |
| | | 3.0-10.0a | 10.1-30.0a |
| | 分辨率 | 1 m | |
| | 精确度 | ± (2% 读值 +2 个字) | |
| | | | 一般规格 |
| | 远程遥控 | 输入讯号: 启动, 停止, 耐压测试 输出讯号: 合格, 失败, 测试中, 复位触发, 启动触发 | |
| | 记忆组 | 5 记忆组 | |
| | 显示方式 | 16 × 2 液晶显示屏 | |
| | 键盘锁定 | 避免未经许可的人员进入参数设定 | |
| | 校正方式 | 可通过前面板输入, 软件式校正 | |
| | 工作环境 | 0-40 , 20-80%rh | |
| 尺寸 (w x h x d,mm) | | 280 × 89 × 370 | |
| | 净重 | 10kg | |
| | | | 标准配置 |
| | 电源线 (10a) | x1 | |
| | 保险丝 | x 2 (包含内置一个) | |
| | ht1122 接地电阻电流测试线 | x 1 | |
| | ht1131 接地电阻电流测试线 | x 1 | |

产品规格修改不另通知

本产品的加工定制是否, 类型是便携式安全仪器, 品牌是TOPS鼎准, 型号是HT8705, 测量范围是3-30A, 测量精度是2%, 电源电压是220 (V), 尺寸是280 × 89 × 370 (mm), 用途是10KG