

一件代发远东ZC-8接地电阻测试仪/电阻表/原装100V100欧

产品名称	一件代发远东ZC-8接地电阻测试仪/电阻表/原装100V100欧
公司名称	深圳市欧亿美科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电阻箱 品牌:北京远东
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围新村园和路4号(泰鸿威)A栋四楼
联系电话	0755-27331582 18682416136

产品详情

指针式 产地:北京 (主机 17 × 11 × 17cm 3kg) (附件 10 × 46 × 14cm 2.5kg)

zc-8 共2种规格准确度%:3.0, 规格:0-10/100/1000

最小分格0.1 (三钮) 准确度%:3.0, 规格:0-1/10/100 最小分格0.01 (四钮)

适用直接测量各种接地装置的接地电阻值, 亦可供一般低电阻的测量, 四端钮(0~1~10~100 规格) 还可以测量土壤电阻率。

主要规格及量程如下表:

规格	量程	最小分格值
1-10-100	0~1	0.01
	0~10 4	0.1
	0~100 6	1
10-100-1000	0~10 8	0.1
	0~100	1
	0~1000	10

技术参数: 1.本产品符合gb7676-98直接作用模拟指示电测量仪表及附件定义及通用要求及zbn21012接地电阻表专业标准的有关规定。2.仪表的基准值为量程。3.仪表的基本误差以基准值的百分数表示其基本误差的极限为量程的±3%。4.仪表工作环境温度为-20~+50。5.仪表因温度变化引起指示值变化, 换算成每变化10 不大于基本误差。6.仪表工作相对湿度为25%~95%, 由此引起指示值的变化不大于基本误差。7.仪表工作位置为水平。8.仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°, 由此引起指示值的变化不大于基本误差的1/2。9.仪表在外磁场强度为0.4ka/m的影响下由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%。10.仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20m。11.仪表线路与外壳的电压试验为500v。12.仪表的外壳防护性能为防溅式。13.辅助探测针的接地电阻由500

改变至下表规定值时，其基本误差改变量，不超过下表中的规定值。

辅助接地电阻 ()	0	1000	2000	5000
允许改变量 (%) (准确度等级指数百分数)	100	100	100	200

14.仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

本产品的加工定制是否，类型是直流电阻箱，品牌是北京远东，型号是ZC-8，测量范围是1000 (M)，电源是见说明，测试电压是1001000 (V)，精度是见说明，重复误差是见说明，环境温度是见说明，相对湿度是见说明，校准周期是见说明，重量是见说明 (kg)，尺寸是见说明，规格是(主机17 × 11 × 17 cm3kg)(，适用范围是见说明，准确度等级是见说明，外形尺寸是17*11*17