

# DDS-11A 电导率仪

产品名称	DDS-11A 电导率仪
公司名称	佛山市仪电实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:DDS
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村乐安商场花园1067铺
联系电话	0757-85853639

## 产品详情

型号	dds-11a	测量范围	0 ~ 1.999*10 <sup>5</sup> μ s/cm
测量精度	: ± 1.5%f.s ± 1	分辨率	0.01
电源	220	尺寸	255*140*70 ( mm )
用途	适用于测量蒸馏水,去离子水,饮用水,工业废水及一般液体的电导率,还可用于测量高纯水的纯度		

产品介绍：仪器适用于测量蒸馏水,去离子水,饮用水,工业废水及一般液体的电导率,还可用于测量高纯水的纯度。

### 电导率仪

- 1.测试范围：0 ~ 1.999\*10<sup>5</sup> μ s/cm，此范围共分五档量程，配常数为0.01  
各档量程分别缩小100倍配常数为0.1各档量程分别缩小10倍配常数为10各档量程分别扩大10倍
- 2.电子单元基本误差： 1.0%f.s ± 1个字
- 3.仪器基本误差： ± 1.5%f.s ± 1个字
- 4.电子单元温度补偿误差： ± 1.0%f.s ± 1个字
- 5.温度补偿范围：（ 15 ~ 35 ） ，基本温度25
- 6.外型尺寸：1\*b\*h,mm:255\*140\*70

7.重量：1kg

8.正常使用条件：（1）环境温度：（5~40） （2）相对湿度：不大于85%（3）供电电源：ac（220±22）v,（50±1）hz（4）无显著的振动（5）除地球磁场外无外磁场干扰

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是DDS，测量范围是1-40000，电源是220