

多路温度巡检仪TC-2008

产品名称	多路温度巡检仪TC-2008
公司名称	佛山市顺德区威准电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威博仪器 型号:TC-2008
公司地址	佛山市顺德区大良新宁北路43号5座107号首层
联系电话	86 0136 30180376 13824532719

产品详情

使用说明书

operation manual

tc系列

多路温度测试仪

杭州威博科技有限公司

地址：杭州市祥园路39号4幢 邮编：310011

电话：0571-88862355 88911457

传真：0571-88866663

e-mail：weibo@mail.hz.zj.cn

网址：www.hzweibo.com

目录

第一章 快速入门.....	5
1.1前面板介绍.....	5
1.2后面板介绍.....	5
1.3按键功能描述.....	6
1.4指示灯功能描述.....	6
1.5出厂标准附件.....	7
第二章 技术规格	7
2.1主要技术参数.....	7
2.2 补充特性.....	7
第三章 面板操作	8
3.1基本测量模式	
3.1.1 定点测量模式.....	8
3.1.2 巡检测量模式.....	8
3.2设置操作.....	8

第四章 仪器通讯协议	10
4.1通讯设置.....	10
4.2帧格式.....	10
4.3串口通讯命令字快速扫描	11
4.4命令字的使用.....	11
第五章 打印及u盘记录格式	16
第六章 注意事项	16
第七章 常见问题及解决方法.....	17
7.1仪器开机不能正常显示	17
7.2温度测量结果不对及出错	17
7.3仪器无法与计算机通讯.....	18

安全

请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。请将仪器送回给威博科技有限公司的维修部门进行维修，以确保其安全特性。

请在购买和使用仪器前仔细参考本手册，以避免产生经济纠纷或仪器损坏。仪器内部无操作人员可维修的部件。若需维修服务，请联络受过训练的维修人员。

品质保证

tc系列多路温度测试仪完全达到手册中所标称的各项技术指标。

售后服务

威博科技有限公司承诺对本产品自购买日期起给予一年的质量保证！

附：对非威博公司出品的上位机软件不提供质量保证和售后服务。

服务限制

售后服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

顾客不正确或不适当的维修产品；

未经授权的拆装、修改和误用；

顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵。

通告

本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

注意 为了保证测量精度，建议开机三分钟后开始操作

简介

tc系列多路温度测试仪，适用于家电、电机、电热器具等行业的制造厂家和质检部门对温度参数的测量。为了满足用户的需求，用户可以进行如下选择：8路、16路或32路温度测量，是否配置微型打印机，是否配置u盘记录功能模块。本系列产品具有如下功能和优点：

l 通过仪器设置，用户可以选择使用铜/铜镍（t型）、镍铬/镍硅（k型）或铁/铜镍（j型）热电偶

l 在被测物带电的情况下，仪器可以继续测量使用

l 在仪器总的巡检路数范围之内，用户可以选择任何几路进行测量

l 三种巡检速度选择：200ms、400ms、1000 ms

l 两种测量模式选择：定点、巡检

l 可以设置测量温度上、下限和报警提示

l 扩展模块：定时打印功能模块（tc2008a、tc2016a、tc2032a）；二是定时u盘记录功能模块（tc1008、tc1016）

l 数字led显示

l 按键操作

l 断电设定数据保持记忆功能

l 错误自动检测和报警、显示闪烁提示

l 可通过计算机进行软件监控(选配件)

附：如客户需要温控器功能，需特别声明。温控器功能如下：仪器后端有两个无源触点输出（即仪器后端第16路的上下两个接点），开机时，为常开状态。当在设置项里把温控器功能设置为有效时，当两个无源触点为常闭时，当温度超过上限，两个无源触点变为常开输出；当两个无源触点为常开时，当温度低于下限，两个无源触点变为常闭输出。当在设置项里把温控器功能设置为无效时，两个无源触点一直常开输出。

本产品的加工定制是是，品牌是威博仪器，型号是TC-2008，测量范围是1200（ ），测温分辨率是0.1，测温精度是0.2，外形尺寸是200X300X500（mm），装箱数是1