

# 酒驾检测仪 酒精含量检测仪 呼出气体酒精含量检测仪

产品名称	酒驾检测仪 酒精含量检测仪 呼出气体酒精含量检测仪
公司名称	济宁天华超声电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天华 型号:kp180
公司地址	山东济宁高新区建材市场莱钢路10号
联系电话	086-0537-2487878 13562729088

## 产品详情

kp180呼出气体酒精含量探测器是专门为警察设计的一款执法的检测工具，执勤民警可用来对饮酒司机的饮酒多少来进行具体的处理，有效减少重大交通事故的发生。也可以用来在其他场合进行检测人体呼出的气体中酒精含量，避免人员伤亡和财产的重大损失 产品特点：本仪器采用大屏幕白色背光液晶显示，可替换的吹管，保证被测试人的健康卫生。可自由设定高低报警值等信息。仪器报警时伴随有声报警信息，屏幕也会显示相应的提示信息，来帮助用户区别报警的种类；配合显示器的多种图标，使操作简洁明了，使用方便。1.1本产品设计、制造、检验遵守以下国家标准：ga307 - 2001《呼出气体酒精含量探测器》gb19522-2004《车辆驾驶人员血液呼出酒业含量阈值与检验》1.2本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验，并通过型式认可 仪器采用先进的超低功耗16位微处理控制器；lcd大屏幕液晶显示； 可自由设置高低报警点； 两级声光报警信息，屏幕显示报警类别；提供实时时间显示功能； 剩余电量实时显示功能； 可更换的模块化传感器；提供实时显示环境温度功能； 具有欠压提示功能； 具有温度超限报警功能；具有拒绝测试和吹气中断功能；可记录2000个报警记录，包括报警时间，报警类型,测试时的环境温度状态等信息；可与计算机通讯传出数据，分析检测数据结果；开机自动全功能自动检测功能，传感器、声音等信息； 具有密码管理功能，重要操作需密码验证；

技术参数：传感器类型 电化学式测量气体类型 酒精气体响应时间  $t < 30s$  工作温度  $-10 \sim 50$  ；存储温度  $-20 \sim 60$  ；工作湿度范围  $< 95\%rh$ （无凝露）壳体防护等级 ip55 电池参数 四节aa镍氢电池，额定容量2.1ah连续工作时间 正常检测状态大于48h；充电时间（4~6）h

本产品的加工定制是是，品牌是天华，型号是kp180，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是湿度范围  $< 95\%RH$ （无凝露），测量对象是人体酒精含量，电压是12（v），尺寸是1（mm），重量是0.25（kg），电源是电池，预热时间是0（s），反应时间是  $T < 30s$ （s），工作温度是  $-10 \sim 50$