LGZ92E型绝缘电阻表检定装置

产品名称	LGZ92E型绝缘电阻表检定装置
公司名称	天水长城电工仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城电工 测量范围:LGZ92E
公司地址	天水市秦州区长仪路38号
联系电话	13993890151 13830858864

产品详情

一、简介

jjz-10a型绝缘电阻表检定装置是依据jjg1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、jjg622—1997《绝缘电阻表（兆欧表）检定规程》的有关检定项目要求，并参考电力行业标准dl/t845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备，用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压、短路电流。与恒速器（cy3型）配合可检定指针式兆欧表的示值误差、开路电压、中值电压、峰值电压。具有结构紧凑、性能稳定、使用方便等特点。是各工矿、企事业单位用来检定各类绝缘电阻表的理想设备。

二、主要技术指标

该检定装置主要用来检定额定电压≤5000v的各类绝缘电阻表，也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单独使用。数字表部分可测大于10kv的直流电压和最大20ma的直流电流。

本检定装置的主要技术性能如下：

一） 标准数字表

1、测量范围：

电压分两档：0～1000v 0～10000v 短路电流：0～2ma 0～20ma

2、基本误差：

直流电压	≤1000v：±（0.4%读数+0.1%满度) ＞1000v：±（0.5%读数+0.5%满度)
峰值电压	≤1000v：±（1%读数+0.5%满度) ＞1000v：±（0.5%读数+0.5%满度)
短路电流	±（0.3%读数+0.2%满度)

3、数字表的响应时间约25秒。

㈡ 标准电阻器

1、标准电阻器由九个电阻盘和数只固定电阻器构成最大阻值超过1000gω，最小步进1000ω，最高耐压大于10kv。

2、各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流

十进盘阻值（mω）	×10000	×1000	×100	×10	×1	×0.1	×0.01	×0.001
等级指数	5	2	1	0.2				
最高使用电压或电流	10000v			2500v		500v	8ma	2 ma

3、残余电阻值小于0.1ω，变差不大于0.01ω。

4、环境参考条件：20+2-3°C，相对湿度：50%±10%.

5、标称使用环境:温度23±5℃，相对湿度：25%～70%。

6. 线路对外壳的绝缘电阻：≥1×1012ω。

7. 线路对外壳的绝缘强度应能承受50hz正弦波电压12kv一分钟试验。

8、电源电压:220v，ac50hz。

9、外形尺寸：640mm×270mm×170mm。

10、重量：约20kg。

本产品的加工定制是是，品牌是长城电工，测量范围是LGZ92E，重量是15（kg），型号是LGZ92E